



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

**MEMORANDO**

Exmo. Senhor  
Edimar de Freitas Alboneti  
Prefeito Municipal

Prezado Senhor,

Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a autorização para a abertura de processo de Licitação nos termos da Lei nº 14.133/21, para **"Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/PR"**.

O presente pedido fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência elaborados pela equipe de planejamento, que identificaram a necessidade da contratação.

Assim, solicitamos a autorização de Vossa Excelência para a abertura do referido processo, a fim de dar prosseguimento às etapas necessárias à contratação dos objetos desta solicitação.

Aguardamos a apreciação e aprovação de Vossa Excelência para que possamos dar continuidade às ações pertinentes a este processo.

Barra do Jacaré/PR, 05 de julho de 2024.

Atenciosamente,

  
Odair José Lobo de Carvalho  
Secretário Municipal de Saúde  
Port. Nº 153/ 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ  
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n°. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

MEMORANDO

Ilmo: Srº Odair José Lobo de Carvalho  
Secretário Municipal de Saúde

Assunto: *Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR.*

Prezado Senhor,


**AUTORIZO** preliminarmente à solicitada mediante memorando expedido pela unidade da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar o processo para **“Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR”**.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- À elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame.
- 2- À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
- 3- Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.
- 4- Parecer contábil e parecer jurídico.

Barra do Jacaré/PR, 08 de Julho de 2024.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
Edimar de Freitas Alboneti  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

### PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

#### 1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Responsável pela demanda	Odair José Lobo de Carvalho
E-mail	saude@barradojacare.pr.gov.br
Telefone	(43) 35371171

#### 2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

##### 2.1 Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUT
1	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE	1
2	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE	1
3	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE	1
4	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE	1
5	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE	30
6	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE	1
7	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE	1
8	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE	1
9	Cabo para espelho nº 5	UNIDADE	10
10	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE	2
11	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	UNIDADE	5



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

12	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE	1
13	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE	1
14	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão – Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE	1
15	Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	UNIDADE	4
16	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	UNIDADE	10
17	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE	1
18	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE	2
19	Otoscópio completo	UNIDADE	15
20	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE	10
21	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE	5
22	Pinça anatômica 10 cm	UNIDADE	15
23	Pinça anatômica de 12 cm	UNIDADE	15
24	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	UNIDADE	15
25	Pinça clínica odontológica	UNIDADE	10
26	Pinça kelly 15 cm	UNIDADE	15
27	Termômetro digital	UNIDADE	10
28	Termômetro Axilar	UNIDADE	10
29	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE	15
30	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE	10
31	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE	10
32	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	2



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

33	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	UNIDADE	30
34	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos realizados. - Deverá possibilitar registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá permitir acesso através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco anos para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	1
35	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE	2

### 3. JUSTIFICATIVA

**3.1** Justifica-se a presente solicitação, tendo em vista a necessidade em atender a unidade Básica de Saúde da família do município, cujas demandas são contínuas, portanto destaca-se a importância dos equipamentos hospitalares e odontológicos para uso em ações de prevenção, em caráter habitual ou emergencial, para que possam prestar atendimento de qualidade aos usuários do SUS e também proporcionar ferramentas de trabalho adequadas aos profissionais. Portanto na falta desses itens poderá causar danos à saúde pública, pois os equipamentos envolvem o diagnóstico e recuperação do paciente.

**3.2** Portanto, os serviços de saúde compõem o rol de garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Logo, cabe transcrever o que dispõe o art 196 e o art 197 da Carta Magna.

Art.196 "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas que visem a





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

redução dos riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Art. 197 “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

Considerando que, na forma do Artigo 5º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, o direito à vida é um Direito Fundamental. Visto que, na forma do Artigo 6º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, a saúde e a assistência aos desamparados são Direitos Sociais. Considerando que, na forma do Artigo 23, incisos I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, zelar pela guarda da Constituição, das Leis, cuidar da saúde e assistência pública. Considerando que, na forma do art. 30, incisos I e II da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Dessa forma ainda no Artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que, na forma do Artigo 197 da Constituição da República Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Nota-se, pelas razões fáticas acima apresentadas, a necessidade desta contratação. E em razão da possibilidade diante do valor estar dentro do limite permitido para contratação através de pregão eletrônico, sugiro que seja realizada. Diante do exposto, em razão do dever de garantir os serviços de saúde pública, o nosso município não poderá ser omissivo, tão pouco adiar contratações ou aquisições necessárias para atender a população Barrense. Assim, verificando os prejuízos que podem ocorrer para os indispensáveis equipamentos de saúde, portanto a melhor solução é por meio de **LICITAÇÃO** através de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

#### 4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS



08/0


## MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

4.1 A aquisição desses equipamentos, visa equipar a Unidade Básica de Saúde da Família de Barra do Jacaré/PR, para que os profissionais possam atender melhor as necessidades e as demandas da população. É importante frisar que os referidos equipamentos são utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas na unidade, sendo, desse modo, elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades inerentes à população Barrense.


### 6. PRAZO PARA PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura pela empresa contratada, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, representante do órgão/entidade contratante. A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal da Contratada.

Barra do Jacaré/PR, 05 de julho de 2024.

  
Odair José Lobo de Carvalho  
Secretário Municipal de Saúde  
Port. nº 153/2023

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se ao responsável pela contratação para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.



09

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO\*

1.1 Primeiramente vale frisar que a aquisição dos equipamentos, necessário para atender a Unidade Básica de Saúde da Família do Município, cujas demandas são contínuas, portanto, destaca-se a importância dos equipamentos hospitalares e odontológicos para uso nas ações de prevenção, em caráter habitual ou emergencial, para que possam prestar atendimento de qualidade aos usuários do SUS e também proporcionando ferramentas de trabalho adequadas aos servidores públicos municipais. Portanto na falta desses itens poderá causar danos à saúde pública, pois os equipamentos envolvem o diagnóstico e recuperação do paciente. Portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, em virtude do exato enquadramento das necessidades e dos requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos termos da Lei 14.133/21.

### 2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1 No momento, a Administração Pública Municipal ainda está desenvolvendo o plano de contratação anual, portanto, para esse ano não foi finalizado. Entretanto, a contratação está alinhada com os objetivos e metas do órgão. Ainda que não haja um Plano de Contratações Anual, a contratação está em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação aplicável e no interesse público. A previsão de recursos financeiros necessários para a realização desta contratação será incluída no orçamento do órgão ou entidade, garantindo a viabilidade financeira da contratação.

### 3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Dentre os documentos que devem ser exigidos nas licitações para equipamentos, deve constar, como requisito de qualificação técnica, a autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a licença sanitária em vigor emitida pela vigilância sanitária local e a inscrição da empresa.

3.1.1 Os licitantes, na Descrição Detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

3.1.2 Especificações técnicas;

3.1.3 Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;

3.1.4 Prazo de garantia dos equipamentos de no mínimo 12 meses no Termo de Referência;

3.1.5 Prazo de validade da proposta;

3.2 Além dos requisitos técnicos, a contratação deve contemplar critérios e práticas de sustentabilidade, como:

- Preferência por produtos com certificações ambientais, que comprovem a origem sustentável das matérias-primas e a adoção de práticas de produção responsáveis;
- Priorização de materiais reciclados ou recicláveis;
- Adoção de práticas de logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

### 4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1 É possível uma pesquisa de mercado para identificar fornecedores em potencial, analisando os preços praticados, a qualidade dos produtos e os prazos de entrega. Também é possível considerar contratações similares feitas por outros órgãos e entidades para identificar novas metodologias, tecnologias ou inovações que possam melhor atender às necessidades da Administração.





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

4.2 Foram pesquisados através da empresa do ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas, para atender as necessidades deste município.

4.2.1 Também foram consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar novas metodologias, tecnologias ou inovações que pudessem melhor atender às necessidades da Administração. Observou-se que a maioria das contratações similares optou pela realização da **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO JACARÉ/ PR** por meio de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

### 5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO\*

5.1 A estimativa das quantidades foi obtida por meio da análise da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas atuais e futuras.

### 6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA\*

6.1 Tabela estimativa do valor da contratação:


ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUT	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
I	1	1	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE	1	50,7258	50,7258
I	1	2	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE	1	47,3067	47,3067
I	1	3	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE	1	32,6400	32,6400
I	1	4	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE	1	32,2140	32,2140
I	1	5	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE	30	112,9450	3.388,3500
I	1	6	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE	1	#####	5.184,7500
I	1	7	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Pannel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE	1	#####	8.989,2000
I	1	8	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE	1	255,9975	255,9975
I	1	9	Cabo para espelho nº 5	UNIDADE	10	9,5600	95,6000
I	1	10	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE	2	691,9983	1.383,9966
I	1	11	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	UNIDADE	5	526,4986	2.632,4930



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

I	1	12	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE	1	#####	5.820,7500
I	1	13	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE	1	#####	4.497,3833
I	1	14	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE	1	#####	5.703,5000
I	1	15	Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	UNIDADE	4	70,0629	280,2516
I	1	16	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	UNIDADE	10	85,2800	852,8000
I	1	17	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE	1	320,5333	320,5333
I	1	18	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE	2	513,4463	1.026,8926
I	1	19	Otoscópio completo	UNIDADE	15	554,1800	8.312,7000
I	1	20	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE	10	121,2300	1.212,3000
I	1	21	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE	5	976,1250	4.880,6250
I	1	22	Pinça anatômica 10 cm	UNIDADE	15	14,5714	218,5710
I	1	23	Pinça anatômica de 12 cm	UNIDADE	15	14,9480	224,2200
I	1	24	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	UNIDADE	15	18,0629	270,9435
I	1	25	Pinça clínica odontológica	UNIDADE	10	17,4157	174,1570
I	1	26	Pinça kelly 15 cm	UNIDADE	15	32,7714	491,5710
I	1	27	Termômetro digital	UNIDADE	10	169,1625	1.691,6250
I	1	28	Termômetro Axilar	UNIDADE	10	23,8500	238,5000
I	1	29	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE	15	24,5038	367,5570
I	1	30	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE	10	50,6425	506,4250
I	1	31	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE	10	43,3575	433,5750



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

I	1	32	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para foto polimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em foto polimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	2	743,1060	1.486,2120
I	1	33	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micras e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	UND	30	120,5500	3.616,5000
I	1	34	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar autoteste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco anos para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	1	#####	6.744,6000
I	1	35	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE	2	342,6667	685,3334

VALOR TOTAL: **R\$ 76.650,04**



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

## ESTADO DO PARANÁ

Em anexo encontram-se os documentos que respaldam os preços unitários referenciais e as memórias de cálculo

### **7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

7.1 A proposta da aquisição de equipamentos se deve pela necessidade de equipar a Unidade Básica de Saúde da Família de Barra do Jacaré, contribuindo para melhor atender os pacientes. Os equipamentos hospitalares e odontológicos, garante assistência a fim de disponibilizar à população um atendimento de acordo com o que preconiza as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. Que Constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população, cuja falta pode significar interrupções constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços de saúde como um todo.

### **8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO\***

8.1 O objeto da contratação trata aquisição de equipamentos, com isso, poderá o fornecimento previsto no certame ser atendido de forma plena, sendo assim o parcelamento do objeto poderá ser aplicado.

8.2 O objetivo do parcelamento é o melhor meio de aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala.

### **9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

9.1 A aquisição desses equipamentos, visa equipar a Unidade Básica de Saúde da Família de Barra do Jacaré, e profissionais para que possam atender melhor às necessidades e as demandas. É importante frisar que os referidos equipamentos são utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas na unidade, sendo, desse modo, elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades inerentes à população Barrense.

### **10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

10.1. Preparação dos documentos necessários para a realização do processo de licitatório;

10.2. Capacitação de servidores ou empregados;

10.3. Ao analisarmos a possível aquisição/ contratação ficou constatada que não serão necessárias providências prévias ao contrato.

### **11.. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

11.1 Os fornecedores do objeto deverá pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a Resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.



## MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

b) Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

c) A qualquer tempo a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

### **12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO: VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO\***

**12.1** A análise realizada no Estudo Técnico Preliminar permitiu identificar a necessidade de realizar a licitação para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos, para garantir o bom funcionamento da Administração Pública municipal.

**12.2** A Justificativa da viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do ganho de escala, na eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da fragmentação de processos licitatórios e efetividade com padronização dos materiais. Além disso, frisa-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracteriza a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente **VIÁVEL**.

Barra do Jacaré/PR, 05 de julho de 2024.

Atenciosamente,

---

**Odaír José Lobo de Carvalho**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Port. nº 153/2023**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n°. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

#### 1.1 Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR.

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUT	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
I	1	1	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE	1	50,7258	50,7258
I	1	2	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE	1	47,3067	47,3067
I	1	3	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE	1	32,6400	32,6400
I	1	4	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE	1	32,2140	32,2140
I	1	5	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE	30	112,9450	3.388,3500
I	1	6	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e depressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE	1	5.184,7500	5.184,7500
I	1	7	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Paineis controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE	1	8.989,2000	8.989,2000
I	1	8	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE	1	255,9975	255,9975
I	1	9	Cabo para espelho nº 5	UNIDADE	10	9,5600	95,6000
I	1	10	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE	2	691,9983	1.383,9966
I	1	11	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	UNIDADE	5	526,4986	2.632,4930
I	1	12	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE	1	5.820,7500	5.820,7500
I	1	13	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE	1	4.497,3833	4.497,3833
I	1	14	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui	UNIDADE	1	5.703,5000	5.703,5000



160

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n.º 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

			Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão – Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).				
I	1	15	Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	UNIDADE	4	70,0629	280,2516
I	1	16	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	UNIDADE	10	85,2800	852,8000
I	1	17	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE	1	320,5333	320,5333
I	1	18	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE	2	513,4463	1.026,8926
I	1	19	Otoscópio completo	UNIDADE	15	554,1800	8.312,7000
I	1	20	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE	10	121,2300	1.212,3000
I	1	21	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE	5	976,1250	4.880,6250
I	1	22	Pinça anatômica 10 cm	UNIDADE	15	14,5714	218,5710
I	1	23	Pinça anatômica de 12 cm	UNIDADE	15	14,9480	224,2200
I	1	24	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	UNIDADE	15	18,0629	270,9435
I	1	25	Pinça clínica odontológica	UNIDADE	10	17,4157	174,1570
I	1	26	Pinça kelly 15 cm	UNIDADE	15	32,7714	491,5710
I	1	27	Termômetro digital	UNIDADE	10	169,1625	1.691,6250
I	1	28	Termômetro Axilar	UNIDADE	10	23,8500	238,5000
I	1	29	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE	15	24,5038	367,5570
I	1	30	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE	10	50,6425	506,4250
I	1	31	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE	10	43,3575	433,5750
I	1	32	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm²; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	2	743,1060	1.486,2120



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

17  
9

I	1	33	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	UND	30	120,5500	3.616,5000
I	1	34	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	1	6.744,6000	6.744,6000
I	1	35	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE	2	342,6667	685,3334

VALOR TOTAL: R\$ 76.650,04





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n°. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

- 1.1. O contrato terá um prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do contrato com a possibilidade de renovação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o Art. 84 da Lei 14.133/21.
- 1.2. A execução do objeto deverá ser concluída dentro do prazo contratual, contado a partir da emissão da Ordem de Fornecimento. É importante salientar que o fornecedor deverá estar preparado para atender a possíveis demandas emergenciais que venham a surgir durante a vigência do contrato, com agilidade e eficiência, a fim de não prejudicar o bom funcionamento dos serviços na Secretaria Municipal de Saúde.
- 1.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratual, o fornecedor ficará sujeito às sanções previstas na legislação aplicável e no contrato.
- 1.4. Estas condições gerais estão sujeitas às disposições contidas na Lei 14.133/21, que regula as licitações e os contratos administrativos pertinentes a esta modalidade de aquisição.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A aquisição aqui proposta é essencial para as atividades diárias e efetivas da Administração Pública Municipal, bem como para a continuidade dos serviços prestados à população. O objetivo principal desta aquisição é garantir que Secretaria Municipal de Saúde do município possa operar de forma eficiente, proporcionando serviços de alta qualidade à população e realizando suas tarefas administrativas com eficácia.
- 2.2. A necessidade da aquisição se baseia na observação de equipar os profissionais e os departamentos da Unidade Básica de Saúde. Essa lacuna tem impacto direto prestação de serviços em saúde, podendo causar atrasos e ineficiências nos serviços prestados ao público.
- 2.3. Com a aquisição desses equipamentos, espera-se a continuidade dos atendimentos e tratamentos prescritos, para que não aja interrupções dos serviços, prestados a toda a população.
- 2.4. Essa aquisição está em conformidade com o interesse público, pois visa garantir que os serviços públicos sejam prestados de maneira eficaz e eficiente, garantindo o bem-estar da população e a operação eficiente da Administração Pública Municipal.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

### 3.1. Aquisição e Implementação:

- 3.1.1. A aquisição dos equipamentos será feita por meio de processo licitatório, seguindo rigorosamente o disposto na lei 14.133/21. Este processo permitirá a seleção de fornecedores qualificados que podem entregar os bens requeridos em condições adequadas de preço, prazo, qualidade e garantia de no mínimo um ano. Após a seleção do fornecedor e a formalização do contrato, a entrega dos bens será realizada conforme o cronograma estabelecido no contrato, sendo o fornecedor responsável por todos os custos de entrega.

### 3.2. Manutenção e Assistência técnica:

- 3.2.1. Dada a natureza dos itens a serem adquiridos (**Aquisição de Equipamentos**), não se aplica o requisito de manutenção e assistência técnica. No entanto, qualquer



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

falha ou defeito de fabricação, identificado nos produtos entregues deve ser prontamente reportado ao fornecedor, que será responsável por substituir o item defeituoso sem custos adicionais para a Administração Pública Municipal.

### 3.3. Monitoramento e Avaliação:

3.3.1. A execução do contrato será monitorada e avaliada pelos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato. Eles verificarão a conformidade dos produtos entregues com as especificações definidas no contrato, bem como o cumprimento dos prazos de entrega. Além disso, ele também estará encarregado de monitorar a qualidade dos produtos entregues, relatando qualquer defeito ou falha ao fornecedor.

### 3.4. Descarte e Logística Reversa:

3.4.1. Ao final do ciclo de vida dos materiais adquiridos, o descarte será realizado de acordo com as normas ambientais vigentes e as políticas de sustentabilidade da Administração Pública Municipal. A logística reversa será implementada quando aplicável, garantindo que os materiais sejam reciclados ou descartados de maneira adequada, minimizando o impacto ambiental. A responsabilidade e os custos associados ao descarte adequado dos materiais serão de responsabilidade da Administração Pública Municipal.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INCLUINDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

### 4.1. Requisitos Técnicos e Funcionais:

4.1.1. Todos os Equipamentos devem atender aos padrões e especificações técnicas e funcionais previstas no manual.

### 4.2. Requisitos de Qualidade:

4.3. Os itens devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos, pelos órgãos reguladores pertinentes (ANVISA entre outros).

4.4. Os equipamentos deverão ter mínimo 12 meses de garantia após a data da entrega, confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

### 4.5. Critérios e Práticas Sustentáveis:

4.5.1. Os fornecedores são incentivados a adotar práticas sustentáveis em todas as fases de suas operações, desde a produção até a entrega. Isso inclui a utilização de materiais recicláveis ou de origem sustentável, a redução do consumo de energia e água, a minimização da geração de resíduos e a promoção da economia circular.

### 4.6. Requisitos Legais e Regulatórios:

4.6.1. A contratação estará sujeita a todas as leis, regulamentações e normas aplicáveis, incluindo, entre outras, a lei 14.133/21, que regula as licitações e contratos administrativos. Além disso, a contratação também deve estar em conformidade com as normas ambientais e de segurança, conforme exigido pela legislação municipal, estadual e federal. Todos os fornecedores participantes devem estar em dia com suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, além de estarem regularizados perante os órgãos de proteção ao crédito.

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 5.1. Mobilização e Início dos Serviços:

5.1.1. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deve iniciar a mobilização de seus recursos para garantir a entrega oportuna dos equipamentos solicitados. O prazo máximo para início da entrega dos itens é de 15 dias após a emissão da nota



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n°. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

de empenho, com o objetivo de evitar qualquer interrupção nas operações da Secretaria Municipal de Saúde.

## 5.2. Monitoramento e Controle da Execução:

5.2.1. A Administração Pública Municipal designará servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. Estes servidores irão monitorar o desempenho do contrato através de indicadores de desempenho como a pontualidade das entregas, a qualidade dos produtos e a eficiência na solução de eventuais problemas.

## 5.3. Comunicação e Reporte:

5.3.1. A comunicação entre a Administração e a empresa contratada será realizada através de canais formais, incluindo e-mail e reuniões presenciais ou virtuais.

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

### 6.1. Designação de Responsáveis:

6.1.1. A gestão e fiscalização do contrato ficarão a cargo do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Odair José Lobo de Carvalho e da Diretora Municipal de Saúde Sr<sup>a</sup> Amanda Coaglio de Mello. A função destes servidores inclui o monitoramento do desempenho do contrato, a verificação da conformidade dos produtos entregues com as especificações do contrato, a aprovação dos produtos entregues, a coordenação da comunicação entre a Administração e a empresa contratada e a aplicação de penalidades, se necessário.

6.2. Eficiência no atendimento: a empresa contratada deve responder a qualquer solicitação da Administração em até 24 horas em 95% dos casos.

### 6.3. Resolução de Conflitos e Penalidades:

6.3.1. Em caso de conflitos relacionados ao contrato, a Administração e a empresa contratada devem primeiro buscar uma solução amigável através de negociação direta. Se não for possível alcançar uma solução dessa forma, será solicitada abertura de processo administrativo.

6.3.2. As penalidades pela não conformidade com as obrigações contratuais incluem multas, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, conforme estabelecido nos artigos da Lei nº 14.133/21. A aplicação de penalidades será precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

## 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

7.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n.º. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

- 7.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- 7.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
- 7.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
- 7.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei 14.133/21, art. 121, caput).
- 7.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
- 7.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).
- 7.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
- 7.9. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 7.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 8. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**
- 8.1. Modalidade de Licitação:
- 8.1.1. Tendo em vista a natureza do objeto e o valor estimado para a contratação, será adotada a modalidade de Pregão, na forma eletrônica, conforme determina a Lei nº 14.133/2021. Esta modalidade é a mais adequada para a aquisição de bens comuns, tais como equipamentos que constituem o objeto desta contratação.
- 8.2. Tipo de Licitação:
- 8.2.1. A licitação será do tipo menor preço por item, pois se trata de aquisição de equipamentos cujas especificações podem ser definidas com precisão no Termo de Referência. Este modelo permite uma ampla competição entre os fornecedores e garante a obtenção dos produtos necessários pelo menor custo.
- 8.3. Critérios de Avaliação das Propostas:
- 8.3.1. As propostas serão avaliadas e comparadas com base no preço ofertado para cada item, desde que estejam em conformidade com as especificações e requisitos estabelecidos no Termo de Referência. Além disso, as propostas deverão observar os princípios de vantajosidade, economicidade e sustentabilidade, conforme previsto na Lei 14.133/2021.
- 8.4. Critérios de Desempate:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

- 8.4.1. Em caso de empate entre as propostas, será adotado o critério de desempate previsto na legislação, que prioriza, nesta ordem: microempresas e empresas de pequeno porte; fornecedores que promovam o desenvolvimento sustentável, considerando critérios de eficiência energética, redução de emissões de gases de efeito estufa e conservação da biodiversidade; e, por último, o sorteio.

## 9. DO RECEBIMENTO

- 9.1. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento do objeto na sede da contratante na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Marechal Candido Rondon, 216, centro deste Município pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
- 9.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os equipamentos entregues, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar qualidade e as especificações do produto.
- 9.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
- 9.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
- 9.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
- 9.5.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 9.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do produto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## 10. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

- 10.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)); e
  - b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR  
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

- 11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

- 12.1. Parecer contábil em anexo.

Barra do Jacaré/PR, 05 de julho de 2024.

---

Odaír José Lobo de Carvalho  
Secretário Municipal de Saúde  
Port. nº 153/2023

528

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

### MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ID: 029356      DATA: 08/07/2024      OBJETO: Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR      VALOR TOTAL: R\$ 72.150,80

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORGÃOS)	PAINEL DE PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	TCE PARANÁ	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE 1,00	//////	49.3573	//////	//////	43.9200	58.9000	//////	//////	//////	//////	50,7258 50,73	15,50%
Anexo I Lote 001 Item 002	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE 1,00	//////	//////	45,0000	//////	43,9200	53,0000	//////	//////	//////	//////	47,3067 47,31	7,71%
Anexo I Lote 001 Item 003	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE 1,00	30,5800	//////	//////	//////	//////	37,5000	29,8400	//////	//////	//////	32,6400 32,64	9,38%
Anexo I Lote 001 Item 004	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE 1,00	30,9900	//////	//////	//////	30,5800	37,5000	//////	//////	//////	33,0000	32,2140 32,21	11,08%
Anexo I Lote 001 Item 005	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE 30,00	98,2800	//////	//////	//////	119,5000	120,0000	//////	114,0000	//////	//////	112,9450 3.388,35	14,92%
Anexo I Lote 001 Item 006	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado /...	UNIDADE 1,00	//////	//////	//////	5.850,0000	4.890,0000	4.500,0000	//////	5.499,0000	//////	//////	5.184,7500 5.184,75	15,22%
Anexo I Lote 001 Item 007	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador...	UNIDADE 1,00	9.100,0000	10.126,0000	//////	8.290,0000	8.980,0000	//////	//////	//////	8.450,0000	//////	8.989,2000 8.989,20	8,43%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS)	PAINEL DE PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	TCE PARANÁ	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 008	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE 1,00	225,0000	//////	//////	296,9700	233,0700	//////	//////	268,9500	//////	//////	255,9975 256,00	13,78%
Anexo I Lote 001 Item 009	Cabo para espelho n° 5	UNIDADE 10,00	9,5700	9,9000	//////	//////	9,3500	10,0000	9,6800	8,9400	//////	9,4800	9,5600 95,60	6,94%
Anexo I Lote 001 Item 010	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE 2,00	670,0000	//////	//////	650,0000	750,0000	735,0000	700,0000	//////	//////	646,9900	691,9983 1.384,00	6,96%
Anexo I Lote 001 Item 011	Ganeta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	UNIDADE 5,00	558,5000	//////	//////	479,9900	558,5000	570,0000	558,5000	//////	450,0000	510,0000	526,4986 2.632,49	17,00%
Anexo I Lote 001 Item 012	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece...	UNIDADE 1,00	6.187,0000	//////	//////	//////	5.116,0000	//////	//////	//////	5.500,0000	6.480,0000	5.820,7500 5.820,75	13,79%
Anexo I Lote 001 Item 013	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE 1,00	//////	//////	//////	4.795,1500	3.797,0000	//////	//////	//////	//////	4.900,0000	4.497,3833 4.497,38	18,45%
Anexo I Lote 001 Item 014	0 Eletrocardiografo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum...	UNIDADE 1,00	5.000,0000	//////	//////	5.800,0000	//////	6.000,0000	5.680,0000	5.999,0000	5.742,0000	//////	5.703,5000 5.703,50	14,07%
Anexo I Lote 001 Item 015	Espelho clínico odontológico n° 5 C/ 12 unid	UNIDADE 4,00	72,0000	//////	//////	68,0400	69,6000	73,4400	60,0000	83,6400	//////	63,7200	70,0629 280,25	16,77%
Anexo I Lote 001 Item 016	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	UNIDADE 10,00	//////	81,0000	//////	//////	90,0000	75,0000	89,9000	90,5000	//////	//////	85,2800 852,80	13,71%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇOS(S)



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS)	PAINEL DE PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	TCE PARANÁ	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 017	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE 1,00	//////	303,0000	//////	//////	//////	355,6000	//////	303,0000	//////	//////	320,5333 320,53	5,79%
Anexo I Lote 001 Item 018	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE 2,00	477,0000	470,4400	//////	560,0000	650,0000	623,2300	428,9000	//////	468,0000	430,0000	513,4463 1.026,89	19,71%
Anexo I Lote 001 Item 019	Otoscópio completo	UNIDADE 15,00	590,0000	//////	//////	600,0000	570,0100	535,6000	//////	475,2900	//////	//////	554,1800 8.312,70	16,60%
Anexo I Lote 001 Item 020	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE 10,00	119,2500	//////	//////	//////	109,0000	121,9000	107,0000	149,0000	//////	//////	121,2300 1.212,30	13,30%
Anexo I Lote 001 Item 021	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE 5,00	900,0000	1.110,0000	900,0000	900,0000	1.050,0000	849,0000	900,0000	//////	//////	1.200,0000	976,1250 4.880,63	14,97%
Anexo I Lote 001 Item 022	Pinça anatômica 10 cm	UNIDADE 15,00	13,9200	15,0000	//////	//////	//////	15,0500	14,6300	15,1300	15,0000	13,2700	14,5714 218,57	9,81%
Anexo I Lote 001 Item 023	Pinça anatômica de 12 cm	UNIDADE 15,00	//////	//////	//////	14,1900	16,8700	//////	14,6300	15,1300	//////	13,9200	14,9480 224,22	7,39%
Anexo I Lote 001 Item 024	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	UNIDADE 15,00	17,9000	19,5000	//////	16,8200	20,0000	19,3000	16,9200	//////	//////	16,0000	18,0629 270,94	12,89%
Anexo I Lote 001 Item 025	Pinça clínica odontológica	UNIDADE 10,00	18,0000	18,1500	//////	18,9000	16,0000	16,0000	//////	//////	16,2900	18,5700	17,4157 174,16	8,85%
Anexo I Lote 001 Item 026	Pinça Kelly 15 cm	UNIDADE 15,00	28,1200	29,6900	//////	//////	34,4900	34,5000	32,4000	38,4000	//////	31,8000	32,7714 491,57	16,54%
Anexo I Lote 001 Item 027	Termômetro digital	UNIDADE 10,00	//////	//////	//////	//////	//////	143,7500	187,9000	157,0000	188,0000	//////	169,1625 1.691,63	17,68%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

22

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORGÃOS)	PAINEL DE PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	TCE PARANÁ	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 028	Termômetro Axilar	UNIDADE 10,00	25,0000	21,9300	//////	//////	//////	25,0000	//////	23,4700	//////	//////	23,8500 238,50	8,76%
Anexo I Lote 001 Item 029	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE 15,00	21,0000	27,6600	//////	21,7500	27,2600	22,5000	26,9900	26,7800	//////	22,0900	50,6425 367,56	16,68%
Anexo I Lote 001 Item 030	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE 10,00	54,0500	//////	//////	//////	//////	//////	49,5400	48,0000	//////	50,9800	43,3575 506,42	5,51%
Anexo I Lote 001 Item 031	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE 10,00	44,8750	//////	//////	44,5600	47,0000	42,0000	42,7100	39,0000	//////	//////	433,58	11,17%
Anexo I Lote 001 Item 032	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem...	UNIDADE 2,00	743,0000	849,0000	640,6300	//////	//////	739,9000	743,0000	//////	//////	//////	743,1060 1.486,21	16,00%
Anexo I Lote 001 Item 033	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com...	UND 30,00	116,0000	//////	//////	//////	//////	110,0000	//////	120,0000	136,2000	//////	120,5500 3.616,50	9,59%
Anexo I Lote 001 Item 034	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. 0...	UNIDADE 1,00	7.000,0000	//////	//////	//////	6.500,0000	6.199,0000	//////	8.024,0000	//////	6.000,0000	6.744,6000 6.744,60	12,41%
Anexo I Lote 001 Item 035	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e...	UNIDADE 2,00	300,0000	//////	//////	//////	329,0000	399,0000	//////	//////	//////	//////	342,6667 685,33	14,22%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

52

# Município de Barra do Jacaré ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS)	PAINEL DE PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	TCE PARANÁ	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
			58.734,02	21.354,79	5.826,26	45.079,23	57.741,34	50.265,27	23.436,99	41.168,56	29.231,90	30.618,36		
			Valor total do anexo após análise										R\$ 72.150,80	
			Valor total geral do anexo											



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

### RELATÓRIO UNIFICADO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

As informações detalhadas de cada fonte podem ser verificadas através do QR Code

ID	DATA	OBJETO
029356	08/07/2024	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I		UNIDADE	50,7258
Lote 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	1,00	50,73
Item 001			
<b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 49,3573):</b> PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO/SP Nº 00568/2023--23/01/2024 UN: UNIDADE QTDE: 15,00 VALOR: R\$ 49,3573 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR431736) ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA, REFERÊNCIA:Nº 301			
<b>BLL (R\$ 43,9200):</b> MUNICIPIO DE LUIZIANA/PR Nº 36/2023146-202331/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 43,9200 <b>DESCRIÇÃO:</b> Alavanca Apical Adulto - Embalagem com 1 unidades - Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas.			
<b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 58,9000):</b> MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS Nº 00111511/03/2024 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 58,9000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Alavancas apical reta adulto Nº301 (Millennium)			

Anexo I		UNIDADE	47,3067
Lote 001	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	1,00	47,31
Item 002			
<b>LICITANET (R\$ 45,0000):</b> MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL/PR/PR Nº 40/20246415/05/2024 UN: UNID QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 45,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 (SOMENTE SE FOR COM ESTA ESPECIFICAÇÃO OU MUITO SIMILAR)			
<b>BLL (R\$ 43,9200):</b> MUNICIPIO DE LUIZIANA/PR Nº 36/2023146-202331/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 43,9200 <b>DESCRIÇÃO:</b> Alavanca Apical Adulto - Embalagem com 1 unidades - Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas.			
<b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 53,0000):</b> MUNICIPIO DE PARAPUA/SP Nº 0004609/02/2024 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 53,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> ALAVANCA APICAL 304 - RETA			

Anexo I		UNIDADE	32,6400
Lote 001	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	1,00	32,64
Item 003			
<b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 30,5800):</b> Município de Sao Joao do Triunfo/PR - 75.193.516/0001-07 Nº 254/202396/202324/11/2023 UN: UN QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 30,5800 <b>DESCRIÇÃO:</b> 99021203 - ALAVANCA SELDIN 1L. Em aço inox autoclavável.			
<b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 37,5000):</b> MUNICIPIO DE QUEIROZ/SP Nº 0004520/03/2024 UN: UN QTDE: 25,00 VALOR: R\$ 37,5000 <b>DESCRIÇÃO:</b> ALAVANCA ADULTO, TIPO SELDIN, NÚMERO 1L, DE USO ODONTOLÓGICO, CABO OCO E FOSCO PAR NÃO REFLETIR A LUZ, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, AUTOCLAVÁVEL, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (À LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR NO MÍNIMO DE 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.			
<b>TCE PARANÁ (R\$ 29,8400):</b> MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA/PR Nº 00458206/10/2023 UN: Unidade QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 29,8400 <b>DESCRIÇÃO:</b> Alavanca odontológica aço inoxidável de Seldin 1L Adulto (bandeirinhas) - 0413385			

Anexo I		UNIDADE	32,2140
Lote 001	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	1,00	32,21
Item 004			



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

319

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 30,9900):</b> Município de Nova Fatima/PR - 75.828.418/0001-90 Nº -82/202309/10/2023 UN: UND QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 30,9900 <b>DESCRIÇÃO:</b> Alavanca odontológica aço inoxidável de Seldin 1R Adulto (bandeirinhas) - 0413384</p> <p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 29,0000):</b> Prefeitura Municipal de Guaíba/RS Nº 170/202310901/202316/10/2023 UN: UND QTDE: 12,00 VALOR: R\$ 29,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> ALAVANCA PARA RAIZES TIPO SELDIN DIREITA 1R, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MODELO E PROCEDENCIA. AUTOCLAVEL</p> <p><b>BLL (R\$ 30,5800):</b> MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO/PR Nº 44/202396/202321/11/2023 UN: Unidade QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 30,5800 <b>DESCRIÇÃO:</b> ALAVANCA SELDIN 1R. Em aço inox autoclavavel. UNIDADE</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 37,5000):</b> MUNICIPIO DE QUEIROZ/SP Nº 0004520/03/2024 UN: UN QTDE: 25,00 VALOR: R\$ 37,5000 <b>DESCRIÇÃO:</b> ALAVANCA ADULTO, TIPO SELDIN, NÚMERO 1R, DE USO ODONTOLÓGICO, CABO OCO E FOSCO PAR NÃO REFLETIR A LUZ, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, AUTOCLAVÁVEL, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (À LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR NO MÍNIMO DE 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p> <p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 33,0000):</b> MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI/PR Nº 47/2023139/202322/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 33,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Alavancas Seldin 1R</p>			

Anexo I		UNIDADE	112,9450
Lote 001	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	30,00	3.388,35
Item 005			

**CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 98,2800):** Município de Sao Jose da Boa Vista/PR - 76.920.818/0001-94 Nº -22/202417/04/2024 UN: KIT QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 98,2800 **DESCRIÇÃO:** Kit Esfigmomanômetro Aneróide em Nylon com Fecho de Metal + Estetoscópio Simples Adulto Premium. Produto Aprovado pelo INMETRO.

**BLL (R\$ 119,5000):** MUNICIPIO DE SERRANA/SP Nº 127/2023208/202306/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 119,5000 **DESCRIÇÃO:** KIT COM ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE E ESTETOSCOPIO ADULTO-conforme descrito no item de referencia

**PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 120,0000):** FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME/SP Nº 1679 | Processo 210392005/03/2024 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 120,0000 **DESCRIÇÃO:** CONJUNTO ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO

**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 114,0000):** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI/RS Nº 0235125/04/2024 UN: 5 QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 114,0000 **DESCRIÇÃO:** Kit estetoscópio e esfigmomanômetro - Adulto,

Anexo I	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bilvot Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE	5.184,7500
Lote 001		1,00	5.184,75
Item 006			

**PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 5.850,0000):** Prefeitura Municipal de Estância Turística de Presidente Epitácio/SP Nº 115/2023179/202322/11/2023 UN: UNI QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 5.850,0000 **DESCRIÇÃO:** Autoclave digital, com display LCD, 6 programas de esterilização; tampa e câmara em aço inox; sistemas de segurança; bivolt automático; programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs; Desaeração e despressurização automática; 3 bandejas em alumínio anodizado; cor branca, câmara em aço inox, capacidade de 21 litros, potência 1.600W, frequência: 50/60 Hz. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Produto com registro na ANVISA e INMETRO.

**BLL (R\$ 4.890,0000):** MANDAGUARI/PR Nº 145/2023282/202308/02/2024 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 4.890,0000 **DESCRIÇÃO:** Autoclave 21L\* Digital, fácil manuseio;\* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V;\* Câmara de esterilização em aço inoxidável;\* Garantia: mínimo 12 meses;

**PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 4.500,0000):** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA/SC Nº PCE 3809/05/2024 UN: UNIDADE (UNID) QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 4.500,0000 **DESCRIÇÃO:** AUTOCLAVE EM AÇO INOX, RESISTENTE E DURÁVEL. SECAGEM EFICIENTE DO MATERIAL COM OPÇÃO DE SECAGEM EXTRA. BIVOLT OU VOLTAGEM DE 220 V. BANDEJA INTERNA EM ALUMÍNIO, MANGUEIRA E COPO DOSADOR. FÁCIL MANUSEIO. VÁLVULA DE SEGURANÇA. 21 LITROS. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER O NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.

**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 5.499,0000):** POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS Nº 0182124/04/2024 UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 5.499,0000 **DESCRIÇÃO:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21 LITROS BVLT CINZA - SERIE : ST0097346

Anexo I	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-	UNIDADE	8.989,2000
Lote 001	X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para	1,00	8.989,20
Item 007	movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.		



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

32

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 9.100,0000):</b> Município de Nova Esperança/PR - 75.730.994/0001-09 Nº 339/202318/12/2023 UN: UNID QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 9.100,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERICIA/NEONATOLOGIA) - FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROPROCESSADA, COMPACTA E COM RADIÂNCIA NO ESPECTRO AZUL DE LUZ PARA BEBÊS COM MAIOR ÁREA CORPÓREA. MONTADO SOBRE HASTE MÓVEL COM ALTURA VARIÁVEL, DOTADA DE COLUNA E PEDESTAL COM 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS A QUAL POSSUI COM FINALIDADE O CORRETO AJUSTE DA DISTÂNCIA ENTRE PACIENTE E REFLETOR, PROPORCIONANDO EXCELENTE ESTABILIDADE NOS MOVIMENTOS DE LOCOMOÇÃO, COM UM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULÁVEL QUE SUSTENTA O CABEÇOTE E PROPORCIONA AJUSTE DO FOCO SOBRE O PACIENTE, PODENDO SER DESACOPLADO DE PEDESTAL PARA POSICIONAMENTO SOBRE CÚPULAS DE INCUBADORAS. MONTAGEM COM PÉS DE BORRACHA E COM PEDESTAL. BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO, COMPONENTES RECICLÁVEIS. AJUSTE MICROPROCESSADO DE INTENSIDADE DE LUZ. EMISSÃO NO ESPECTRO DA LUZ AZUL: RADIAÇÃO SEGURA QUE NÃO PERMITE RAIOS ULTRAVIOLETAS E INFRAVERMELHOS. REGISTRO DE TEMPO DE TRATAMENTO TOTALIZADOR DE HORAS, DATA E HORA, MEMÓRIA DE DADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E CONEXÃO COM IMPRESSORA E COMPUTADOR. POSSUI BRAÇOS ARTICULADOS COM AÇÃO DE JOELHO POSSIBILITANDO DIVERSAS FORMAS DE POSICIONAMENTO. AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ. 3 LEDS BRANCOS PARA ILUMINAÇÃO AUXILIAR. AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE 64°. ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRAÇO: 17 CM.</p>			
<p><b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 10.126,0000):</b> COMANDO DA AERONAUTICA/RS Nº 00065/2023--23/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 10.126,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR268993) APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO:1200 W, TIPO APARELHO:COLUNA MÓVEL, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, AMPERAGEM:9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE:70 KV</p>			
<p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 8.290,0000):</b> Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS Nº 11/202411/202401/03/2024 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 8.290,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Aparelho de raio X odontológico de coluna móvel Sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica. Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais. Coluna móvel com base em 04 rodízios. colunas super estáveis. Composto por braço articulado que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionado</p>			
<p><b>BLL (R\$ 8.980,0000):</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA-PR/PR Nº 006/2024021/202413/05/2024 UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 8.980,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> APARELHO DE RAIOS-X COM BASE MÓVEL, CONFORME EDITAL - Aparelho de raio-x com base móvel, quatro rodízios duplos, com freios. Dotado de temporizador digital centesimal, Coluna móvel com base em 04 rodízios. Composto por braço tipo pantográfico. Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual à distância de 5m, devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN. Garantia mínima de 1 ano.</p>			
<p><b>PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 8.450,0000):</b> INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/PR Nº 000027/202314/09/2023 UN: Unidade QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 8.450,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Aparelho raios x - Potência Aparelho: 1200 W, Tipo Aparelho: Coluna Móvel, Aplicação: Uso Odontológico, Tensão Alimentação: 110/220 V, Amperagem: 9 MA, Potência Cabeçote: 70 KV,</p>			

Anexo I	UNIDADE	255,9975
Lote 001	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrasom"	1,00
Item 008		256,00

**CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 225,0000):** Município de Mandaguari/PR - 76.285.345/0001-09 Nº 117/2024282/202308/02/2024 UN: UNID QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 225,0000 **DESCRIÇÃO:** Bandeja Auxiliar para Ultrasom Odontológico de coluna giratória. Permite movimento de 360°. apresenta bordas salientes para retenção de líquidos. Adaptável em colunas de 1 1/2" (38,10 mm) a 2" (50,80 mm). Dimensões aproximadas: 30 X 24 cm.

**PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 296,9700):** Prefeitura Municipal de Uruguai/RS Nº 95/202324644/202330/10/2023 UN: UN QTDE: 36,00 VALOR: R\$ 296,9700 **DESCRIÇÃO:** Bandeja suporte p/aparelho de ultrassom odontológico

**BLL (R\$ 233,0700):** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP Nº 47/2023190/202331/10/2023 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 233,0700 **DESCRIÇÃO:** BANDEJA SUPORTE PARA APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: É UM PRODUTO AUXILIAR, DESTINADO A ACOMODAR OS PERIFÉRICOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360°. (KIT BANDEJA AUXILIAR PLÁSTICA DE COLUNA)

**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 268,9500):** COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/PR Nº 13915108/04/2024 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 268,9500 **DESCRIÇÃO:** BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA - PRISMA

Anexo I	UNIDADE	9,5600
Lote 001	Cabo para espelho nº 5	10,00
Item 009		95,60

**CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 9,5700):** Município de Maria Helena/PR - 76.247.386/0001-00 Nº 5/202422/01/2024 UN: UNID QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 9,5700 **DESCRIÇÃO:** CABO ESPELHO BUCAL, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável

**PAINEL DE PREÇOS (R\$ 9,9000):** COMANDO DA AERONAUTICA/RS Nº 00056/2023--08/03/2024 UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 9,9000 **DESCRIÇÃO:** CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL

**BLL (R\$ 9,3500):** MUNICIPIO DE IVATE/PR Nº 011/2024028/202426/04/2024 UN: UNIDADE QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 9,3500 **DESCRIÇÃO:** CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: OITAVADO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL ADULTO

**PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 10,0000):** MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL/RS Nº 00346319/04/2024 UN: unidade QTDE: 15,00 VALOR: R\$ 10,0000 **DESCRIÇÃO:** Cabo de espelho

**TCE PARANÁ (R\$ 9,6800):** MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA/PR Nº 00458206/10/2023 UN: Unidade QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 9,6800 **DESCRIÇÃO:** Cabo para espelho bucal em aço inoxidável, adulto - 0413300

**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 8,9400):** 1236 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO/RS Nº 11217230/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 8,9400 **DESCRIÇÃO:** CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVAVEL.

**BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 9,4800):** MUNICIPIO DE IBIPORA/PR Nº 66/2023693/202304/12/2023 UN: unidade QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 9,4800 **DESCRIÇÃO:** CABO PARA ESPELHO CLÍNICOConfeccionado em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado ou oitavado. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

33  
2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I		UNIDADE	691,9983
Lote 001	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	2,00	1.384,00
Item 010			
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 670,0000):</b> Município de Salto do Itararé/PR - 76.920.834/0001-87 Nº -170/202322/01/2024 UN: UNID QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 670,0000 DESCRIÇÃO: MOCHO ODONTOLOGICO- Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.</p> <p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 650,0000):</b> Prefeitura Municipal de Criciúma/SC Nº 6/20246/202405/03/2024 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 650,0000 DESCRIÇÃO: Mocho Odontológico.</p> <p><b>BLL (R\$ 750,0000):</b> MUNICIPIO DE SERTANEJA/PR Nº 78-2023128-202330/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 750,0000 DESCRIÇÃO: MOCHO COM ASSENTO QUADRANGULAR: Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável entre 67 e 91 cm. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento em espuma resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada entre 28 e 33. Garantia de 1 (um) ano.</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 735,0000):</b> MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS Nº 002811822/04/2024 UN: un QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 735,0000 DESCRIÇÃO: MOCHO ODONTOLOGICO COM CINCO RODIZIOS</p> <p><b>TCE PARANÁ (R\$ 700,0000):</b> MUNICIPIO DE CIANORTE/PR Nº 011331826/09/2023 UN: Unidade QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 700,0000 DESCRIÇÃO: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com</p> <p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 646,9900):</b> MUNICIPIO DE CORBELIA/PR Nº 04.202418.202409/05/2024 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 646,9900 DESCRIÇÃO: FISIOMOCHO ODONTOLOGICO SN, FÁCIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS PÉS CROMADOS E RODÍZIOS DE SILICONE QUE PREVINEM O DESGASTE NO CHÃO DO CONSULTÓRIO. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA</p>			

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I		UNIDADE	526,4986
Lote 001	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	5,00	2.632,49
Item 011			
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 558,5000):</b> Município de Paulo Frontin/PR - 77.007.474/0001-90 Nº 59/202318/202318/10/2023 UN: U QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 558,5000 DESCRIÇÃO: 17614 - CANETA ALTA ROTAÇÃOZ10T *SISTEMA PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA</p> <p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 479,9900):</b> Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS Nº 007/20242023/4617622/12/2023 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 479,9900 DESCRIÇÃO: CANETA ALTA ROTAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SISTEMA DE TROCA, BROCA: PRESS BUTTON (PB), FABRICADA EM LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO, TIPO DE SPRAY QUÁDRUPLO, POTÊNCIA: 13W, RUÍDO: 62DB, ROLAMENTO: ESFERA EM CERÂMICA, ROTAÇÃO MÁXIMA: 370.000</p> <p><b>BLL (R\$ 558,5000):</b> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PAULO FRONTIN/PR Nº 04/202318/202322/09/2023 UN: U QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 558,5000 DESCRIÇÃO: CANETA ALTA ROTAÇÃOZ10T * SISTEMA PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. * CABEÇA TORQUE: PROPORCIONA FORÇA E TORQUE NECESSÁRIOS PARA UM CORTE E DESBASTE EFICIENTES. * SPRAY ÚNICO VENTILADO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, FORMA UMA NÉVOA ÚMIDA INTENSA GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO, UM JATO DE AR EXTRA PREVINE O REFLUXO DE NÉVOA CONTAMINADA PARA O INTERIOR DA TURBINA. * ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. * ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE: REDUZ O NÍVEL DE RUÍDO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO E PACIENTE. ESTABILIZA O ROTOR EVITANDO VIBRAÇÕES, AUMENTANDO A SUA VIDA ÚTIL. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E METAL DURO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO. * TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * COR: PRATA AZULADO. * CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO A ANVISA: CLASSE DE RISCO II (MÉDIO RISCO).</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 570,0000):</b> MUNICIPIO DE MIRACATU/SP Nº 27/20243915/05/2024 UN: UND QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 570,0000 DESCRIÇÃO: Caneta de alta rotação odontológica. Possuir Sistema Push Button, cabeça torque, spray único ventilado, rolamentos com esferas cerâmicas, rotor balanceado eletronicamente, corpo confeccionado em alumínio e metal duro, tratamento superficial do corpo, cabeça em liga metálica de cobre e zinco, autoclavável até 135°C, classificação do produto segundo a ANVISA: Classe de risco II (médio risco)., conexão: Borden (2 furos), diâmetro da cabeça: 12,3mm, rotação: 290.000 a 420.000 rpm, pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. , consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. , consumo de água refrigeração: 50 mL/min. ± 10%. , nível sonoro: 65 Db. , peso líquido: 34g. peso bruto com embalagem: 116g. , brocas: Haste tipo 3 FG Standard, diâmetro do eixo da broca: Ø1,59~1,60mm, comprimento da haste: Mínimo 9,0mm, comprimento da broca: máximo 22,0mm., diâmetro máximo da ponta ativa Ø2,0mm.</p> <p><b>TCE PARANÁ (R\$ 558,5000):</b> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN/PR Nº 00041817/10/2023 UN: Outras Unidades e Medidas QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 558,5000 DESCRIÇÃO: CANETA ALTA ROTAÇÃOZ10T *SISTEMA PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA</p> <p><b>PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 450,0000):</b> GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO/SP Nº 000070/202322/01/2024 UN: UNIDADE 0,00 QTDE: 75,00 VALOR: R\$ 450,0000 DESCRIÇÃO: CANETA ALTA ROTAÇÃO - TURBINA DE ALTA ROTAC,A-O, COM CONEXA-O UNIVERSAL BORDEN, ROLAMENTOS CERÂMICOS, ROTAC,A-O MÁXIMA DE 450.000 RPM E MÍNIMA DE 380.000 RPM, TORQUE DE 0,13N.CM, BAIXO RUI'DO, SPRAY DE REFRIGERAC,A-O TRIPLO, PINÇ,Á "PUSH BUTTON", LED OU LED UV (GERADOR INTERNO), AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ERGONO'MICO E RANHURAS ANTIDERRAPANTES NA SUPERFÍCIE, E COM ACIONAMENTO POR PEDAL DO EQUIPO. PADRA-O DE REFERÊNCIA: TURBINA AX1 LED FG PB GNATUS OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 510,0000):</b> MUNICIPIO DE SOBRADINHO/RS Nº 42/202385/202328/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 510,0000 DESCRIÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM LED*Caneta alta rotação com led.* Rolamentos de cerâmica sistema push button.* Refrigeração tripla.* Borden 2 furos.* Sistema e-generator o próprio giro da turbina acende o led da caneta.</p>			



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I Lote 001 Item 012	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE 1,00	5.820,7500 5.820,75

**CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 6.187,0000):** Município de Santa Isabel do Ivaí/PR - 00.000.004/1237-09 Nº 4/202405/02/2024 UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 6.187,0000 **DESCRIÇÃO:** CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, TIPO: ELÉTRICO, TIPO GABINETE gabinete plástico resistente, concentração: concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança, acessórios: umidificador, filtros, cânula ou máscara, características adicionais: silencioso, capacidade: até 10L/min. Equipamento médico utilizado em oxigenoterapia, que basicamente produz oxigênio para pacientes com problemas respiratórios, com funcionamento através de ligação Elétrica, alimentação 120 volts, V 60 Hz, Consumo elétrico: 350 Watts. Pureza de O2 (10 l/min): 93% (- 3%); - 0 equipamento deve ter sistemas de peneira molecular com filtros para partículas e bacteriológicos. - 0 equipamento deve vir acompanhado de: 01 Cilindro de O2 alumínio ou aço de 10 litros, 01 Suporte de Cilindro, 01 Regulador de Pressão Fixa, 01 Fluxômetro, 01 Umidificador, 01 Micronebulizador, 01 Máscara de O2, 01 cateter nasal adulto. Garantia de 12 meses.

**BLL (R\$ 5.116,0000):** MUNICIPIO DE ARAPUA/PR Nº 60-2023159-202321/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 5.116,0000 **DESCRIÇÃO:** CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO, GABINETE PLÁSTICO RESISTENTE, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 90%, ALARME SONORO, SISTEMA DE SEGURANÇA, UMIDIFICADOR, FILTROS, CÂNULA OU MÁSCARA, SILENCIOSO, USO DOMÉSTICO, ATÉ 10 L/MIN.

**PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 5.500,0000):** PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR/PR Nº 000053/202319/02/2024 UN: Unidade QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 5.500,0000 **DESCRIÇÃO:** Concentrador de oxigênio - Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico , Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente , Concentração: Concentração Mínima 90% , Componentes: Alarme Sonoro,Sistema De Segurança , Acessórios: Umidificador,Filtros,Cânula Ou Máscara , Características Adicionais: Silencioso,Usado Doméstico , Capacidade: Até 10 L/MI

**BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 6.480,0000):** MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS/PR Nº 16/202444/202410/05/2024 UN: Unidade QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 6.480,0000 **DESCRIÇÃO:** CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, Fluxo mínimo de gás: vazão de 1,0 (um) a 10 (dez) litros por minuto

Anexo I Lote 001 Item 013	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE 1,00	4.497,3833 4.497,38
---------------------------------	--	-----------------	------------------------

**PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 4.795,1500):** Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA/SC Nº 0005/20240117/2023 - e24/01/2024 UN: UN QTDE: 335,00 VALOR: R\$ 4.795,1500 **DESCRIÇÃO:** COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 55 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22214)

**BLL (R\$ 3.797,0000):** MUNICIPIO DE SARAPUI/SP Nº 11/20241779/202424/05/2024 UN: UN QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 3.797,0000 **DESCRIÇÃO:** COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Capacidade: 50 litros. Reservatório vertical Motor 127V ou 220V. Cabo elétrico com plugue. Filtro de ar. Dreno (válvula purgadora). Registro de saída de ar. Manômetro. Válvula de retenção. Pressostato. Regulador de pressão com manômetro. Válvula de segurança. Vibraless. Coxim entre o bloco compressor e o reservatório. Pintura antibacteriana. Prontuário de vaso de pressão. Certificado de garantia.

**BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 4.900,0000):** MUNICIPIO DE BOSSOROCA/RS Nº 0024/2023706/202328/12/2023 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 4.900,0000 **DESCRIÇÃO:** COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S50 PARA CONSULTORIOS

Anexo I Lote 001 Item 014	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE 1,00	5.703,5000 5.703,50
---------------------------------	---	-----------------	------------------------





# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

398

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 5.000,0000): Município de Palotina/PR - 76.208.487/0001-64 Nº 5/202406/01/2024 UN: UND QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 5.000,0000 DESCRIÇÃO: Eletrocardiografo		
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 5.800,0000): Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS Nº 514/202323000099176706/10/2023 UN: PÇ QTDE: 18,00 VALOR: R\$ 5.800,0000 DESCRIÇÃO: Eletrocardiografo digital de 12 derivacoes, portatil		
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 6.000,0000): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/SP Nº 00011128611/12/2023 UN: Unidade QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 6.000,0000 DESCRIÇÃO: Eletrocardiografo		
	TCE PARANÁ (R\$ 5.680,0000): MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS/PR Nº 00507002/10/2023 UN: Unidade QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 5.680,0000 DESCRIÇÃO: ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL		
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 5.999,0000): COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/PR Nº 2677112/09/2023 UN: PEÇA QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 5.999,0000 DESCRIÇÃO: ELETROCARDIOGRAFO		
	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 5.742,0000): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI/PR/PR Nº 000059/202325/01/2024 UN: Unidade QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 5.742,0000 DESCRIÇÃO: Eletrocardiografo Material: Traçado Digital, Ecg Personalizado(Cartão De Bolso) , Modelo: Processamento Digital, Impressão Roller Ball , Funções: Proteção Contra Descarga Desfibrilador , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: Se Conectado A Pc Emite Relatório Personalizado , Características Adicionais: Arquivo Ecg E Usa Ecg Esforço		

Anexo I	UNIDADE	70,0629
Lote 001 Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	4,00	280,25
Item 015		

CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 72,0000): Município de Campo Bonito/PR - 80.869.621/0001-45 Nº 282/2023131/202322/11/2023 UN: un QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 6,0000 DESCRIÇÃO: Material Clínico: Espelho Bucal Nº 5 de Aço Inoxidável - Autoclavável Marca: IODONTOSUL

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 68,0400): Prefeitura Municipal de Gramado/RS Nº 175/2023371/202317/10/2023 UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 5,6700 DESCRIÇÃO: Espelho Bucal Odontológico nº5. Utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Espelho de Primeiro plano (front surface).

BLL (R\$ 69,6000): MUNICIPIO DE IGUATU/PR Nº 045/2023119/202320/12/2023 UN: UN QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 5,8000 DESCRIÇÃO: Espelho clinico nº 5 (1º plano)

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 73,4400): MUNICIPIO DE MIRACATU/SP Nº 27/20243915/05/2024 UN: UND QTDE: 60,00 VALOR: R\$ 6,1200 DESCRIÇÃO: Cabo para espelho bucal nº 5. Confeccionado em aço inox, autoclavável.

TCE PARANÁ (R\$ 60,0000): FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN/PR Nº 00041817/10/2023 UN: Outras Unidades e Medidas QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 5,0000 DESCRIÇÃO: ESPELHO BUCAL PLANO Nº05 DUFLEX AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 83,6400): INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS CURITIBA/PR Nº 0198103/01/2024 UN: 1 UNID QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 6,9700 DESCRIÇÃO: Espelho clínico bucal n5, aço inoxidavel, unidade, golgran

BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 63,7200): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA/SC/SC Nº 002/FMS/2024045/202320/03/2024 UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 5,3100 DESCRIÇÃO: ESPELHO BUCAL PLANO, INTEIRIÇO, FRONT SURFASSE NUMERO 5

Anexo I	UNIDADE	85,2800
Lote 001 Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	10,00	852,80
Item 016		

PAINEL DE PREÇOS (R\$ 81,0000): UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ/PR Nº 00025/2023--01/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 81,0000 DESCRIÇÃO: (BR389557) MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO: DIGITAL, TIPO AMOSTRA: SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA: ATÉ 10 S, MEMÓRIA: 250 A 500 TESTES, COMPONENTES: COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS: LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

BLL (R\$ 90,0000): MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES/RS Nº 005/2024024/202425/03/2024 UN: Un QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 90,0000 DESCRIÇÃO: MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA ON CALL PLUS II, KIT CONTENDO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, SOLUÇÃO DE CONTROLE 1, 10 LANCETAS ESTÉREIS, ESTOJO, LANCETADOR, MANUAL DO USUÁRIO, GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA E CARTÃO DE GARANTIA.

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 75,0000): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB/SC Nº 22/2024303/05/2024 UN: Kit QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 75,0000 DESCRIÇÃO: Kit aparelho medidor de glicose (glicemia); composição do kit: monitor, tiras de glicose, lanceta, lancetador.

TCE PARANÁ (R\$ 89,9000): MUNICÍPIO DE REALEZA/PR Nº 014222722/09/2023 UN: Outras Unidades e Medidas QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 89,9000 DESCRIÇÃO: KIT MEDIDOR DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE COMPOSTO DE 01 MONITOR, 10 tiras, 10 lancetas, 01 lancetador e estojo, para monitorização de glicemia. Cinco segundos para o resultado do teste, média de resultados dos últimos 7 e 14 dias, memória para 200 re

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 90,5000): 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE/SP Nº 2020123/05/2024 UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 90,5000 DESCRIÇÃO: MONITOR DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE COM 1 MEDIDOR, 1 LANCETADOR, 10 LANCETAS E 10 TIRAS

Anexo I	UNIDADE	320,5333
Lote 001 Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	1,00	320,53
Item 017		



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

369

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	<b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 303,0000): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS Nº 00143/2023--04/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 303,0000 DESCRIÇÃO: (BR400493) LUPA, TIPO:APOIO DE CABEÇA, FAIXA AMPLIAÇÃO:4 VEZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHO EM VELCRO</b>		
	<b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 355,6000): MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES/RS Nº 00691104/10/2023 UN: UNIDADE (UN) QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 355,6000 DESCRIÇÃO: LUPA COM LENTES DE AUMENTO 3.5X, COM CINTA QUE PRENDE NA CABEÇA NA ALTURA DA TESTA, TAMANHO AJUSTÁVEL COM VELCRO E MECANISMO MÓVEL= INSTRUMENTO ÓPTICO PARA AMPLIAÇÃO DE IMAGENS COM O OBJETIVO DE FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E MELHORAR O DESEMPENHO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ENDODONTIA.MATERIAL DA LUPA: LENTES 3.5X, FABRICADAS COM RESINA CR-39, AS LENTES POSSUEM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E EXCELENTE TRANSPARÊNCIA. ARMAÇÃO DAS LENTES=ABSCINTA DA LUPA= CINTA DE PP REVESTIDA COM FILME DE PVC,FIXADOR DA CINTA=VELCRO,REBITES DE LATÃO CROMADOS,GRAU DE AUMENTO 3.5X,PESO 70G,DEVE VIR ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA DE DOZE MESES À PARTIR DA DATA DE COMPRA. ABRANGENDO TODO E QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</b>		
	<b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 303,0000): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM/RS Nº 2241113/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 303,0000 DESCRIÇÃO: LUPA DE CABECA 3,5X BIOART UN</b>		

Anexo I		UNIDADE	513,4463
Lote 001	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	2,00	1.026,89
Item 018			

	<b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 477,0000): Município de Maria Helena/PR - 76.247.386/0001-00 Nº 6/202422/01/2024 UN: UNID QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 477,0000 DESCRIÇÃO: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, tipo: micromotor. Acomplamento: através de sistema Intra para peça reta ou contra-ângulo; Conexão: tipo Borden 2 furos; Esterilização: autoclavável até 135C; Consumo de ar: 4 l/mi</b>		
	<b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 470,4400): EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/RS Nº 00158/2023--26/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 470,4400 DESCRIÇÃO: (BR407016) CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:MICROMOTOR, CONEXÃO:CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO:C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA</b>		
	<b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 560,0000): Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS Nº 52/2023156609/10/2023 UN: UN QTDE: 24,00 VALOR: R\$ 560,0000 DESCRIÇÃO: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (MICRO MOTOR) + CONTRA ÂNGULO</b>		
	<b>BLL (R\$ 650,0000): MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU/PR Nº 071/2023147/202314/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 650,0000 DESCRIÇÃO: MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA. PEÇA DE BAIXO RUÍDO, SENDO ASSIM, GARANTE MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL E AO PACIENTE. COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULOS SISTEMA INTRA E PERMITE GIRO LIVRE DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS; ROTAÇÃO: DE 0 A 20.000 RPM; CONEXÃO TIPO BORDEN OU MIDWEST. CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA); SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECCIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 43 G). TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. O PRODUTO ACOMPANHA: ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DA PEÇA, BEM COMO PARA O TRANSPORTE; ÓLEO LUBRIFICANTE DE 20ML; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA.</b>		
	<b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 623,2300): MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA/RS Nº PCE 114616/05/2024 UN: UNIDADE (UN) QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 623,2300 DESCRIÇÃO: Contra angulo - caneta odontologica baixa rotação contra ângulo, sistema intra universal, transmissão 1:1, giro de 360° sobre o micromotor, com refrigeração, troca de brocas através de sistema de trava, autoclavável até 135°C.</b>		
	<b>TCE PARANÁ (R\$ 428,9000): MUNICIPIO DE IBEMA/PR Nº 00506906/10/2023 UN: Unidade QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 428,9000 DESCRIÇÃO: BR0407016 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:MICROMOTOR, CONEXÃO:C</b>		
	<b>PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 468,0000): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP/SP Nº 0000299/202325/10/2023 UN: Unidade QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 468,0000 DESCRIÇÃO: Caneta baixa rotação - Caneta Baixa Rotação Refrigeração: S/ Refrigeração , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos</b>		
	<b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 430,0000): MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL/PR Nº 046/2023064/202311/01/2024 UN: Unid QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 430,0000 DESCRIÇÃO: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:MICROMOTOR, CONEXÃO:CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO:C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA</b>		

Anexo I		UNIDADE	554,1800
Lote 001	Otoscópio completo	15,00	8.312,70
Item 019			

	<b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 590,0000): Município de Paicandu/PR - 76.282.664/0001-52 Nº 23/202332/202309/10/2023 UN: UD QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 590,0000 DESCRIÇÃO: OTOSCÓPIO</b>		
	<b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 600,0000): Prefeitura Municipal de Arroio do Meio/RS Nº 008/2024140.776/202326/02/2024 UN: UNID QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 600,0000 DESCRIÇÃO: Otoscópio Simples. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA   LED. ESPECULOS: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO</b>		
	<b>BLL (R\$ 570,0100): MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES/PR Nº 62/202371/202310/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 570,0100 DESCRIÇÃO: OTOSCÓPIO TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, LÂMPADA DE XENON DE ALTA PERFORMANCE E EXCELENTE ILUMINAÇÃO;LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO COM REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO; CABO EM METAL COM TEXTURA PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA; FUNCIONAMENTO COM PARA 2 PILHAS MÉDIAS TIPO C; CONTEUDO: 05 ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10 MM) MD; 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS PARA OUVIDO 2.5 MM MD; 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS PARA OUVIDO 4.0 MM MD; 1 ESTOJO LUXO PARA OTOSCÓPIO E SEUS ACESSÓRIOS MD; 01 LÂMPADA 2.5V XENON HALÓGENA MD; 01 OTOSCÓPIO VISIO 2000 MD</b>		
	<b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 535,6000): MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS/RS Nº 00655708/04/2024 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 535,6000 DESCRIÇÃO: OTOSCÓPIO CLÍNICO</b>		
	<b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 475,2900): GRUPEMTO DE APOIO LOGISTICO - GAL/SP Nº 1449045502/01/2024 UN: UNIDADE QTDE: 8,00 VALOR: R\$ 475,2900 DESCRIÇÃO: Item compra 00028 Otoscópio MD</b>		



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

37

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I		UNIDADE	121,2300
Lote 001	Oxímetro de dedo portátil digital	10,00	1.212,30
Item 020			
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 119,2500):</b> Município de Loanda/PR - 76.972.074/0001-51 Nº 259/202320/09/2023 UN: UN            QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 119,2500 DESCRIÇÃO: BR0421682 - OXÍMETRO DE DEDO</p> <p><b>BLL (R\$ 109,0000):</b> MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI/PR Nº 044/2023095/202309/01/2024 UN: und QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 109,0000 DESCRIÇÃO:            Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos.            Oxímetro de dedo, portátil e não invasivo</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 121,9000):</b> MUNICIPIO DE ALTO FELIZ/RS Nº 560   Processo 64811613/09/2023 UN: Unidade            QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 121,9000 DESCRIÇÃO: Oxímetro de pulso para dedo</p> <p><b>TCE PARANÁ (R\$ 107,0000):</b> MUNICIPIO DE NOVA OLÍMPIA/PR Nº 002410326/09/2023 UN: Unidade QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 107,0000 DESCRIÇÃO:            OXÍMETRO DE DEDO</p> <p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 149,0000):</b> ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS/RS Nº 3784113/12/2023 UN: UNIDA QTDE:            3,00 VALOR: R\$ 149,0000 DESCRIÇÃO: OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO CMS50D2 GASLIVE</p>			

Anexo I		UNIDADE	976,1250
Lote 001	Oxímetro de pulso de mesa	5,00	4.880,63
Item 021			



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

34

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 900,0000):</b> Município de Ariranha do Ivaí/PR - 01.612.453/0001-31 Nº 30/202316/10/2023 UN: Uni QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 900,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Monitor de oxímetro de pulso de mesa-Oximetria (%SpO2), Frequência Cardíaca com intensidade e curva plestiomográfica. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plestiomográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas plestiomográficas, dos valores medidos, dados cronológicos, as tendências de medição, os parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis. Possui botões frontais: liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu; botão rotativo. Possui LEDs indicativos: Funcionamento por bateria; funcionamento por energia AC; carga da bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento. Bateria interna recarregável de lítio. Alça para Transporte. Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador. Acompanha sensor adulto, podendo opcionalmente utilizar sensor pediátrico e neonatal. Canal de ondas plestiomográficas com seleção de forma da onda e velocidade 1 ano de garantia.</p> <p><b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 1.110,0000):</b> PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR/PR Nº 00097/2023--04/01/2024 UN: UNIDADE QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 1.110,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR441985) OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 4 H, ALIMENTAÇÃO:BATERIA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR</p> <p><b>LICITANET (R\$ 900,0000):</b> MUNICIPIO DE FÊNIX/PR/PR Nº 38/2023135/202311/12/2023 UN: UND. QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 900,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3 KG. ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATORIOS, FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO&gt; TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32MM X 27MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p> <p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 900,0000):</b> Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova/RS Nº 07/2024988/202321/02/2024 UN: UN QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 900,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> OXÍMETRO DE PULSO, DE MESA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA Visor LCD de alta resolução, tamanho compacto. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestiomográficas, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso Relógio Seleção de tipo de pacientes: ADULTO - Adulto/Pediátrico NEO Neonatal. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros Comunicação com computador Classificação de alarmes: Nível alto Nível Médio Ajuste do volume de tom de pulso mínimo 03 (três) níveis Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Alimentação elétrica: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 Hz, 30 VA. Acessórios inclusos: sensor. Deverá ser acompanhado por um</p> <p><b>BLL (R\$ 1.050,0000):</b> MUNICIPIO DE GUAIRA/PR Nº 109/2023257/202319/09/2023 UN: UN QTDE: 16,00 VALOR: R\$ 1.050,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva plestiomográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação&gt; TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva plestiomográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 849,0000):</b> MUNICIPIO DE SAO TOME/PR Nº 01/2024221/02/2024 UN: UNI QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 849,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> OXÍMETRO DE PULSO DE MESA OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOG</p> <p><b>TCE PARANÁ (R\$ 900,0000):</b> MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR Nº 007611705/10/2023 UN: Unidade QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 900,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva plestiomográfica,</p> <p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 1.200,0000):</b> MUNICIPIO DE PEABIRU/PR Nº 059/2023146/202318/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 1.200,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Oxímetro de pulso de mesa (especificações completa no termo de referência)</p>		
		UNIDADE	14,5714
Anexo I		15,00	218,57
Lote 001	Pinça anatômica 10 cm		
Item 022			



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

39

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 13,9200): Município de Ipirora/PR - 76.244.961/0001-03 Nº 398/20239106/202216/11/2023 UN: UNID QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 13,9200 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO 12 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Deve ser embalado individualmente, constando os dados de identificação, procedência e certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve ser fabricado de acordo com os Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.		
	PAINEL DE PREÇOS (R\$ 15,0000): UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/SC Nº 00030/2023--21/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 15,0000 DESCRIÇÃO: (BR467744) PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DISSECÇÃO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL		
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 15,0500): MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS Nº 004117520/05/2024 UN: UN QTDE: 112,00 VALOR: R\$ 15,0500 DESCRIÇÃO: Pinça anatômica - reta, sem dente 10 cm, inox, para uso geral		
	TCE PARANÁ (R\$ 14,6300): MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA/PR Nº 0001625/01/2024 UN: Unidade QTDE: 14,00 VALOR: R\$ 14,6300 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX.		
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 15,1300): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN/PR Nº 8234130/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 15,1300 DESCRIÇÃO: PINÇA PARA DISSECACAO ANATOMICA - 12 CM		
	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 15,0000): PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP/SP Nº 0000131/202321/02/2024 UN: Unidade QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 15,0000 DESCRIÇÃO: Pinça anatômica - Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável		
	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 13,2700): MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS/PR Nº 039/2023086/202305/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 8,00 VALOR: R\$ 13,2700 DESCRIÇÃO: Pinça anatomica para dissecção 12 cm		

Anexo	Lote	Item	UNIDADE	14,9480
I	001	Pinça anatômica de 12 cm	15,00	224,22
		Item 023		

	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 14,1900): Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS Nº 20/202327862207/11/2023 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 14,1900 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATÔMICA 12CM		
	BLL (R\$ 16,8700): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC/SC Nº 006/2024010/202429/05/2024 UN: Unid QTDE: 174,00 VALOR: R\$ 16,8700 DESCRIÇÃO: Pinça anatômica Adson com serrilha 12cm. Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, devendo na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e no. registro na Anvisa. Fabricado de acordo com padrões Internacionais de qualidade, normas da ABNT. Garantia de 10 anos. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.		
	TCE PARANÁ (R\$ 14,6300): MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA/PR Nº 0001625/01/2024 UN: Unidade QTDE: 14,00 VALOR: R\$ 14,6300 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX.		
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 15,1300): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN/PR Nº 8234130/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 15,1300 DESCRIÇÃO: PINÇA PARA DISSECACAO ANATOMICA - 12 CM		
	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 13,9200): MUNICIPIO DE IBIPORA/PR Nº 66/2023693/202304/12/2023 UN: unidade QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 13,9200 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO 12 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Deve ser embalado individualmente, constando os dados de identificação, procedência e certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve ser fabricado de acordo com os Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.		

Anexo	Lote	Item	UNIDADE	18,0629
I	001	Pinça anatômica dissecção dente de rato de 14 cm	15,00	270,94
		Item 024		

	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 17,9000): Município de Iguaracu/PR - 75.772.525/0001-44 Nº 41/2023120/202310/10/2023 UN: UNID QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 17,9000 DESCRIÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:ANATÔMICA, COMPRIMENTO:14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTE DE RATO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE		
	PAINEL DE PREÇOS (R\$ 19,5000): ESTADO DE SAO PAULO/SP Nº 00131/2023--05/04/2024 UN: UNIDADE QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 19,5000 DESCRIÇÃO: (BR467996) PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL		
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 16,8200): Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM/RS Nº 02/202301/02-202322/12/2023 UN: UN QTDE: 76,00 VALOR: R\$ 16,8200 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM EM AÇO INOX -		
	BLL (R\$ 20,0000): MUNICIPIO DE PRATANIA/SP Nº 39/20232471/1/202310/01/2024 UN: UN QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 20,0000 DESCRIÇÃO: PINÇA DENTE DE RATO, 14 CM		
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 19,3000): MUNICIPIO DE CONCHAL/SP Nº 191   Processo 23216610/04/2024 UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 19,3000 DESCRIÇÃO: PINÇA ANATOMICA PARA DISSECCAO COM SERRILHA DE 14 CM COM DENTE DE RATO. FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL USO HOSPITALAR E AUTOCLAVAVEL.		
	TCE PARANÁ (R\$ 16,9200): MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR Nº 007914120/09/2023 UN: Unidade QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 16,9200 DESCRIÇÃO: PINÇA DENTE DE RATO 14CM. CÓD BR467996		
	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 16,0000): MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS/PR Nº 039/2023086/202305/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 12,00 VALOR: R\$ 16,0000 DESCRIÇÃO: Pinça anatomica dente de rato 14 cm		

Anexo	Lote	Item	UNIDADE	17,4157
I	001	Pinça clínica odontológica	10,00	174,16
		Item 025		



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

40

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 18,0000):</b> Município de Campo Bonito/PR - 80.869.621/0001-45 Nº 282/2023131/202322/11/2023 UN: un QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 18,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Material Clínico: Pinça para Algodão de Aço Inoxidável - Autoclavável Marca: GOLGRAN</p>			
<p><b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 18,1500):</b> UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ/PR Nº 00023/2023--03/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 18,1500 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR413334) PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL</p>			
<p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 18,9000):</b> Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis/RS Nº 47/2023227613/11/2023 UN: UN QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 18,9000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Pinça clínica algodão bi-angulada, nº 318 ,confeccionada de aço inoxidável, autoclavável, medindo 16 cm de comprimento, com textura na pegada. Apresentação de amostra para avaliação de qualidade, desempenho e funcionalidade. Mínimo 10 anos de garantia</p>			
<p><b>BLL (R\$ 16,0000):</b> MUNICIPIO DE SAGRES/SP Nº 322/2024322/202406/06/2024 UN: UN QTDE: 15,00 VALOR: R\$ 16,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> PINÇA CLINICA - Produzido em aço inoxidável AISI 420, conhecida com pinça de algodão, possui pino guia.</p>			
<p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 16,0000):</b> MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA/RS Nº 001314620/02/2024 UN: PC QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 16,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> PINÇA CLINICA P/ALGODÃO C/PINO GUIA</p>			
<p><b>PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 16,2900):</b> PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR/PR Nº 0000134/202329/01/2024 UN: Unidade QTDE: 25,00 VALOR: R\$ 16,2900 <b>DESCRIÇÃO:</b> Pinça odontológica - Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Cerca De 17 CM, Referência: 317 , Indicação: Clínica , Aplicação: P/ Algodão , Esterilidade: Autoclavável</p>			
<p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 18,5700):</b> MUNICIPIO DE CORBELIA/PR Nº 12.202433.202430/04/2024 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 18,5700 <b>DESCRIÇÃO:</b> PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO Nº17</p>			

Anexo I	UNIDADE	32,7714
Lote 001 Pinça kelly 15 cm	15,00	491,57
Item 026		

<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 28,1200):</b> Município de Ivaipora/PR - 75.741.330/0001-37 Nº 367/20231531/202311/09/2023 UN: Und QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 28,1200 <b>DESCRIÇÃO:</b> Pinça kelly 16 cm, reta, confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, autoclavável, 10 anos de garantia, embalagem individual.COD BR-467834</p>			
<p><b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 29,6900):</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA/SC Nº 00182/2023--31/10/2023 UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 29,6900 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR467834) PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p>			
<p><b>BLL (R\$ 34,4900):</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP Nº 007/20242920/2024-2921/202415/05/2024 UN: UN QTDE: 60,00 VALOR: R\$ 34,4900 <b>DESCRIÇÃO:</b> PINÇA KELLY RETA 15 CM</p>			
<p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 34,5000):</b> MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA/SP Nº 0040520/09/2023 UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 34,5000 <b>DESCRIÇÃO:</b> PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM DE COMPRIMENTO</p>			
<p><b>TCE PARANÁ (R\$ 32,4000):</b> MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA/PR Nº 0001625/01/2024 UN: Unidade QTDE: 14,00 VALOR: R\$ 32,4000 <b>DESCRIÇÃO:</b> PINÇA KELLY RETA 16CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX.</p>			
<p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 38,4000):</b> INSTITUTO FEDERAL EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA/RS Nº 0402108/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 38,4000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Pinca Kelly 16 CM Reta</p>			
<p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 31,8000):</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES/SC Nº 27/202327/202317/01/2024 UN: UND QTDE: 60,00 VALOR: R\$ 31,8000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Pinca Kelly reta 16 cm</p>			

Anexo I	UNIDADE	169,1625
Lote 001 Termômetro digital	10,00	1.691,63
Item 027		

<p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 143,7500):</b> MUNICIPIO DE NOVA PRATA/RS Nº 025527902/03/2024 UN: UN QTDE: 8,00 VALOR: R\$ 143,7500 <b>DESCRIÇÃO:</b> TERMÔMETRO INFRAVERMELHO</p>			
<p><b>TCE PARANÁ (R\$ 187,9000):</b> MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/PR Nº 0055185805/10/2023 UN: Metros Quadrados QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 187,9000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Termometro digital infravermelho para inspeção sanitária de alimentos</p>			
<p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 157,0000):</b> GRUPEMUNTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS/SP Nº 3209104/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 157,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Termometro Digital Bioland Infravermelho de Testa E127</p>			
<p><b>PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 188,0000):</b> INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/PR Nº 000027/202314/09/2023 UN: Unidade QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 188,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Termômetro - Tipo: Laser Digital, Faixa Medição Temperatura: -50 A 380 °C, Aplicação: Efetuar Medições Em Lugares De Difícil Alcance, Elemento Expansão: Infravermelho, Material: Plástico E Aço Inox, Características Adicionais: Mira Laser Classe Ii; Distância Do Foco De 50:1, Precisão: +/- 1 °C, Alimentação: Bateria / Pilha,</p>			

Anexo I	UNIDADE	23,8500
Lote 001 Termômetro Axilar	10,00	238,50
Item 028		



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 25,0000):</b> Município de Imbau/PR - 01.613.770/0001-72 Nº 32/20248306/202325/02/2024 UN: UN QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 25,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Termômetro clínico digital uso hospitalar com as seguintes especificações mínimas: A prova d'água; Visor em LCD; Resultado da medição em 1 minuto, com sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Desligamento automático; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões mínimas 2 cm x 1 cm x 12 cm. Embalagem contendo dados do fabricante e número do registro da ANVISA.</p> <p><b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 21,9300):</b> COMANDO DA AERONAUTICA/SP Nº 00296/2023--28/09/2023 UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 21,9300 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR435801) TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 ºC, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 25,0000):</b> MUNICIPIO DE JUSSARA/PR Nº 90004409/04/2024 UN: Unidade QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 25,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Termômetro Clínico</p> <p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 23,4700):</b> INSTITUTO FEDERAL EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA/RS Nº 0402108/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 23,4700 <b>DESCRIÇÃO:</b> TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - G-TECH</p>			

Anexo I		UNIDADE	24,5038
Lote 001	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	15,00	367,56
Item 029			

<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 21,0000):</b> Município de Maria Helena/PR - 76.247.386/0001-00 Nº 7/202422/01/2024 UN: UN QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 21,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:ÍRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p> <p><b>PAINEL DE PREÇOS (R\$ 27,6600):</b> PREFEITURA DE TURVO - PR/PR Nº 00145/2023--03/01/2024 UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 27,6600 <b>DESCRIÇÃO:</b> (BR471688) TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p> <p><b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 21,7500):</b> Prefeitura de Frederico Westphalen/RS Nº 39/2023271/202323/11/2023 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 21,7500 <b>DESCRIÇÃO:</b> Tesoura Cirúrgica Iris ou Gengiva Reta 12cm. Apresentação: Embalada individualmente, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420, autoclavável. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> <p><b>BLL (R\$ 27,2600):</b> MUNICIPIO DE JACUPIRANGA/SP Nº 46/2023176/202307/12/2023 UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 27,2600 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA IRIS RETA 12CM</p> <p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 22,5000):</b> MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL/RS Nº 009812907/03/2024 UN: UN QTDE: 8,00 VALOR: R\$ 22,5000 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA ÍRIS RETA 12CM</p> <p><b>TCE PARANÁ (R\$ 26,9900):</b> CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU/PR Nº 005259925/10/2023 UN: Unidade QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 26,9900 <b>DESCRIÇÃO:</b> Tesoura Iris reta 12 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com pa</p> <p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 26,7800):</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS Nº 0188015/12/2023 UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 26,7800 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA IRIS RETA 12CM ACO INOX - 0321 / ABC</p> <p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 22,0900):</b> MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA/PR Nº 49/2023138/202324/10/2023 UN: Unidades QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 22,0900 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA IRIS RETA TAMANHO NÂº12 CM TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL -BR0471688</p>			
---	--	--	--

Anexo I		UNIDADE	50,6425
Lote 001	Tesoura reta 15 cm	10,00	506,42
Item 030			

<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 54,0500):</b> Município de Itaguaje/PR - 76.970.359/0001-53 Nº 103/202317/12/2023 UN: UNID. QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 54,0500 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM USO GERAL</p> <p><b>TCE PARANÁ (R\$ 49,5400):</b> MUNICIPIO DE TERRA BOA/PR Nº 008915318/10/2023 UN: Unidade QTDE: 53,00 VALOR: R\$ 49,5400 <b>DESCRIÇÃO:</b> Tesoura mayo reta 15 cm s/ widea - UNIDADE</p> <p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 48,0000):</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM/RS Nº 2949127/09/2023 UN: UNIDADE QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 48,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA</p> <p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 50,9800):</b> MUNICIPIO DE CONCHAL/SP Nº 96/20235121/202327/11/2023 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 50,9800 <b>DESCRIÇÃO:</b> TESOURA MAYO 15 CM, RETA, USO HOSPITALAR AUTOLAVÁVEL</p>			
---	--	--	--

Anexo I		UNIDADE	43,3575
Lote 001	Tesoura Spencer 9 cm	10,00	433,58
Item 031			



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

430

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 44,8750): Município de Iguaracu/PR - 75.772.525/0001-44 Nº 41/2023120/202310/10/2023 UN: UNID QTDE: 8,00 VALOR: R\$ 44,8750 DESCRIÇÃO: TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 9 CM, PONTA: RETA, TIPO: SPENCER. (RETIRADA DE PONTOS) UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE		
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 44,5600): Prefeitura Municipal de Porto Vera Cruz/RS Nº 13/2.0231.636/2.02303/11/2023 UN: UN QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 44,5600 DESCRIÇÃO: Tesouras Spencer 09 cm		
	BLL (R\$ 47,0000): MUNICIPIO DE PRATANIA/SP Nº 39/20232471/1/202310/01/2024 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 47,0000 DESCRIÇÃO: TESOURA SPENCER, 9 CM		
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 42,0000): MUNICIPIO DE PARAPUA/SP Nº 0004609/02/2024 UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 42,0000 DESCRIÇÃO: TESOURA SPENCER RETA 9 CM Produto indicado para realização de microcirurgias Aço inox		
	TCE PARANÁ (R\$ 42,7100): MUNICIPIO DE TERRA ROXA/PR Nº 007914120/09/2023 UN: Unidade QTDE: 12,00 VALOR: R\$ 42,7100 DESCRIÇÃO: TESOURA SPENCER RETA 09 CM. CÓD CATMAT 471592		
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 39,0000): COMANDO DA MARINHA/RS Nº 2928119/09/2023 UN: UNIDAD QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 39,0000 DESCRIÇÃO: TESOURA SPENCER 9CM P/FIO DE SUTURA		

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm²; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE	743,1060
Lote 001		2,00	1.486,21
Item 032			

CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 743,0000): Município de Paulo Frontin/PR - 77.007.474/0001-90 Nº 59/202318/202318/10/2023 UN: U QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 743,0000 DESCRIÇÃO: 17647 - FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER NOW \*DISPLAY DIGITAL ELENTE DA P

PAINEL DE PREÇOS (R\$ 849,0000): ESTADO DE SAO PAULO/SP Nº 00103/2023--16/11/2023 UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 849,0000 DESCRIÇÃO: (BR410459) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INSTALAÇÃO:ELÉTRICA, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR

LICITANET (R\$ 640,6300): MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS/PR/PR Nº 30/2024053/202424/04/2024 UN: UND QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 640,6300 DESCRIÇÃO: FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 739,9000): MUNICIPIO DE SINIMBU/RS Nº 00399216/05/2024 UN: UN QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 739,9000 DESCRIÇÃO: FOTOPOLIMERIZADOR. POTÊNCIA MÍNIMA: 1200MW/CM²; COMPRIMENTO

TCE PARANÁ (R\$ 743,0000): FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN/PR Nº 00041817/10/2023 UN: Outras Unidades e Medidas QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 743,0000 DESCRIÇÃO: FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER NOW \*DISPLAY DIGITAL E LENTE DA P

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	UND	120,5500
Lote 001		30,00	3.616,50
Item 033			

CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 116,0000): Município de Grandes Rios/PR - 75.741.348/0001-39 Nº 81/202315/11/2023 UN: UNID QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 116,0000 DESCRIÇÃO: Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 110,0000): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA/RS Nº 00035615/05/2024 UN: un QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 110,0000 DESCRIÇÃO: ESTETOSCOPIO ADULTO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 120,0000): HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE/RS Nº 9154127/11/2023 UN: UNIDAD QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 120,0000 DESCRIÇÃO: ESTETOSCOPIO ADULTO

PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 136,2000): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR/PR Nº 0000103/202304/04/2024 UN: Unidade QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 136,2000 DESCRIÇÃO: Estetoscópio - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" PVC, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,





# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

43

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I Lote 001 Item 034	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE 1,00	6.744,6000 6.744,60
<p><b>CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 7.000,0000):</b> Município de Catanduvas/PR - 76.208.842/0001-03 Nº 396/2023148/202319/12/2023 UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 7.000,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos). - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil. - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.</p>			
<p><b>BLL (R\$ 6.500,0000): MUNICIPIO DE VITORINO/PR Nº 44/2023109/202323/11/2023 UN: UN QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 6.500,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos). - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil. - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.</b></p>			
<p><b>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 6.199,0000): MUNICIPIO DE SAO TOME/PR Nº 01/2024221/02/2024 UN: UNI QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 6.199,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO - DEA DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO DEA: APARELHO COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 250X140X300MM, POSSUINDO ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE, AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA PARA O USO E</b></p>			
<p><b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 8.024,0000): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - R.U./SC Nº 0003307/03/2024 UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 8.024,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO</b></p>			
<p><b>BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 6.000,0000): MUNICIPIO DE TERRA BOA/PR Nº 94/2023156/202316/11/2023 UN: Unidade QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 6.000,0000 <b>DESCRIÇÃO:</b> Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP- 55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. Manual de operação em português</b></p>			
Anexo I Lote 001 Item 035	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE 2,00	342,6667 685,33



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

MM  
g

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 300,0000): <i>Município de Realeza/PR - 76.205.673/0001-40 Nº 186 / 202328/12/2023</i> UN: UN QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 300,0000 DESCRIÇÃO: BANQUETA GIRATÓRIA ALTA COM ENCOSTO ESTOFADA COM PU PRETA BASE; Cromada com regulagem de altura, em tecido sintético		
	BLL (R\$ 329,0000): <i>MUNICIPIO DE BARRETOS/SP Nº 05/20244563/202420/05/2024</i> UN: UN QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 329,0000 DESCRIÇÃO: BANQUETA HOSPITALAR, AÇO INOX, GIRATORIA		
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 399,0000): <i>MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP Nº 008711528/02/2024</i> UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 399,0000 DESCRIÇÃO: BANQUETA ESTOFADA GIRATORIA COM REGULAGEM		



49

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS  
CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
029356	08/07/2024	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE 1,00	30,5800
---------------------------------	---	-----------------	---------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Sao Joao do Triunfo/PR - 75.193.516/0001-07	254/2023	96/2023	24/11/2023	UN	5,00	30,5800
DESCRIÇÃO DO ITEM: 99021203 - ALAVANCA SELDIN 1L. Em aço inox autoclavável. UNIDADE						

Anexo I Lote 001 Item 004	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE 1,00	30,9900
---------------------------------	--	-----------------	---------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Nova Fatima/PR - 75.828.418/0001-90	--	82/2023	09/10/2023	UND	6,00	30,9900
DESCRIÇÃO DO ITEM: Alavanca odontológica aço inoxidável de Seldin 1R Adulto (bandeirinhas) - 0413384						

Anexo I Lote 001 Item 005	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE 30,00	98,2800
---------------------------------	--	------------------	---------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Sao Jose da Boa Vista/PR - 76.920.818/0001-94	--	22/2024	17/04/2024	KIT	4,00	98,2800
DESCRIÇÃO DO ITEM: Kit Esfigmomanômetro Aneróide em Nylon com Fecho de Metal + Estetoscópio Simples Adulto Premium. Produto Aprovado pelo INMETRO.						



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

46

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts. Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE 1,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE 1,00	9.100,0000
---------------------------------	---	-----------------	------------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Nova Esperança/PR - 75.730.994/0001-09	339/2023		18/12/2023	UNID	1,00	9.100,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROPROCESSADA, COMPACTA E COM RADIÂNCIA NO ESPECTRO AZUL DE LUZ PARA BEBÊS COM MAIOR ÁREA CORPÓREA. MONTADO SOBRE HASTE MÓVEL COM ALTURA VARIÁVEL, DOTADA DE COLUNA E PEDESTAL COM 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS A QUAL POSSUI COM FINALIDADE O CORRETO AJUSTE DA DISTÂNCIA ENTRE PACIENTE E REFLETOR, PROPORCIONANDO EXCELENTE ESTABILIDADE NOS MOVIMENTOS DE LOCOMOÇÃO, COM UM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULÁVEL QUE SUSTENTA O CABEÇOTE E PROPORCIONA AJUSTE DO FOCO SOBRE O PACIENTE, PODENDO SER DESACOPLADO DE PEDESTAL PARA POSICIONAMENTO SOBRE CÚPULAS DE INCUBADORAS. MONTAGEM COM PÉS DE BORRACHA E COM PEDESTAL. BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO, COMPONENTES RECICLÁVEIS. AJUSTE MICROPROCESSADO DE INTENSIDADE DE LUZ. EMISSÃO NO ESPECTRO DA LUZ AZUL: RADIAÇÃO SEGURA QUE NÃO PERMITE RAIOS ULTRAVIOLETAS E INFRAVERMELHOS. REGISTRO DE TEMPO DE TRATAMENTO TOTALIZADOR DE HORAS, DATA E HORA, MEMÓRIA DE DADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E CONEXÃO COM IMPRESSORA E COMPUTADOR. POSSUI BRAÇOS ARTICULADOS COM AÇÃO DE JOELHO POSSIBILITANDO DIVERSAS FORMAS DE POSICIONAMENTO. AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ. 3 LEDS BRANCOS PARA ILUMINAÇÃO AUXILIAR. AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE 64°. ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRAÇO: 17 CM.

Anexo I Lote 001 Item 008	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE 1,00	225,0000
---------------------------------	---	-----------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Mandaguari/PR - 76.285.345/0001-09	117/2024	282/2023	08/02/2024	UNID	2,00	225,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: Bandeja Auxiliar para Ultrassom Odontológico de coluna giratória. Permite movimento de 360°. apresenta bordas salientes para retenção de líquidos. Adaptável em colunas de 1 1/2" (38,10 mm) a 2" (50,80 mm). Dimensões aproximadas: 30 X 24 cm.

Anexo I Lote 001 Item 009	Cabo para espelho nº 5	UNIDADE 10,00	9,5700
---------------------------------	------------------------	------------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Maria Helena/PR - 76.247.386/0001-00	5/2024		22/01/2024	UND	2,00	9,5700

DESCRIÇÃO DO ITEM: CABO ESPELHO BUCAL, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável

Anexo I Lote 001 Item 010	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE 2,00	670,0000
---------------------------------	---	-----------------	----------



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

MT  
e

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Salto do Itarare/PR - 76.920.834/0001-87	--	170/2023	22/01/2024	UNID	1,00	670,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: MOCHO ODONTOLÓGICO- Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.						

Anexo I	Lote 001	Item 011	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR	
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Paulo Frontin/PR - 77.007.474/0001-90	59/2023	18/2023	18/10/2023	U	6,00	558,5000
DESCRIÇÃO DO ITEM: 17614 - CANETA ALTA ROTAÇÃO0Z10T *SISTEMA PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA						

Anexo I	Lote 001	Item 012	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR	
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Santa Isabel do Ivaí/PR - 00.000.004/1237-09	4/2024		05/02/2024	UNIDAD	1,00	6.187,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, TIPO: ELÉTRICO, TIPO GABINETE gabinete plástico resistente, concentração: concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança, acessórios: umidificador, filtros, cânula ou máscara, características adicionais: silencioso, capacidade: até 10L/min. Equipamento médico utilizado em oxigenoterapia, que basicamente produz oxigênio para pacientes com problemas respiratórios, com funcionamento através de ligação Elétrica, alimentação 120 volts, V 60 Hz, Consumo elétrico: 350 Watts. Pureza de O2 (10 l/min): 93% (- 3%); - O equipamento deve ter sistemas de peneira molecular com filtros para partículas e bacteriológicos. - O equipamento deve vir acompanhado de: 01 Cilindro de O2 alumínio ou aço de 10 litros, 01 Suporte de Cilindro, 01 Regulador de Pressão Fixa, 01 Fluxômetro, 01 Umidificador, 01 Micronebulizador, 01 Máscara de O2, 01 cateter nasal adulto. Garantia de 12 meses.						

Anexo I	Lote 001	Item 013	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Nenhuma informação			Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	1,00	////

Anexo I	Lote 001	Item 014	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).			1,00	5.000,0000	



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

48

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Município de Palotina/PR - 76.208.487/0001-64	ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 5/2024 PROCESSO: HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 06/01/2024	UN. UND QTDE. 1,00	VALOR 5.000,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Eletrocardiógrafo			

Anexo I	Lote	Item	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
001	015		Órgão / Entidade: Município de Campo Bonito/PR - 80.869.621/0001-45 ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 282/2023 PROCESSO: 131/2023 HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 22/11/2023	4,00	72,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Material Clínico: Espelho Bucal Nº 5 de Aço Inoxidável - Autoclavável Marca: IODONTOSUL					

Anexo I	Lote	Item	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
001	016		Órgão / Entidade: Município de Barra do Jacaré Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	10,00	////
Nenhuma informação					

Anexo I	Lote	Item	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
001	017		Órgão / Entidade: Município de Barra do Jacaré Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	1,00	////
Nenhuma informação					

Anexo I	Lote	Item	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
001	018		Órgão / Entidade: Município de Maria Helena/PR - 76.247.386/0001-00 ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 6/2024 PROCESSO: HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 22/01/2024	2,00	477,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, tipo: micromotor. Acoplamento: através de sistema Intra para peça reta ou contra-ângulo; Conexão: tipo Borden 2 furos; Esterilização: autoclavável até 135C; Consumo de ar: 4 l/mi					

Anexo I	Lote	Item	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
001	019		Órgão / Entidade: Município de Paicandu/PR - 76.282.664/0001-52 ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 23/2023 PROCESSO: 32/2023 HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 09/10/2023	15,00	590,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: OTOSCÓPIO					

Anexo I	Lote	Item	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
001	020		Órgão / Entidade: Município de Loanda/PR - 76.972.074/0001-51 ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 259/2023 PROCESSO: HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 20/09/2023	10,00	119,2500
DESCRIÇÃO DO ITEM: BR0421682 - OXÍMETRO DE DEDO					



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

M 5  
0

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 021	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE 5,00	900,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Ariranha do Ivaí/PR - 01.612.453/0001-31	30/2023		16/10/2023	Uni	1,00	900,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: Monitor de oxímetro de pulso de mesa-Oximetria (%SpO2), Frequência Cardíaca com intensidade e curva plestimográfica. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plestimográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas plestimográficas, dos valores medidos, dados cronológicos, as tendências de medição, os parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis. Possui botões frontais: liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu; botão rotativo. Possui LEDs indicativos: Funcionamento por bateria; funcionamento por energia AC; carga da bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento. Bateria interna recarregável de lítio. Alça para Transporte. Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador. Acompanha sensor adulto, podendo opcionalmente utilizar sensor pediátrico e neonatal. Canal de ondas plestimográficas com seleção de forma da onda e velocidade 1 ano de garantia.

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Ibipora/PR - 76.244.961/0001-03	398/2023	9106/2022	16/11/2023	UNID	5,00	13,9200

DESCRIÇÃO DO ITEM: PINÇA ANATÔMICA DE DISSECAÇÃO 12 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Deve ser embalado individualmente, constando os dados de identificação, procedência e certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve ser fabricado de acordo com os Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Iguaracu/PR - 75.772.525/0001-44	41/2023	120/2023	10/10/2023	UNID	10,00	17,9000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Campo Bonito/PR - 80.869.621/0001-45	282/2023	131/2023	22/11/2023	un	10,00	18,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:ANATÔMICA, COMPRIMENTO:14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTE DE RATO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

509

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 026	Pinça kelly 15 cm	UNIDADE 15,00	28,1200			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Ivaipora/PR - 75.741.330/0001-37	367/2023	1531/2023	11/09/2023	Und	5,00	28,1200
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pinça kelly 16 cm, reta, confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, autoclavável, 10 anos de garantia, embalagem individual.COD BR-467834						

Anexo I Lote 001 Item 027	Termômetro digital	UNIDADE 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 028	Termômetro Axilar	UNIDADE 10,00	25,0000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Imbau/PR - 01.613.770/0001-72	32/2024	8306/2023	25/02/2024	UN	30,00	25,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Termômetro clínico digital uso hospitalar com as seguintes especificações mínimas: A prova d'água; Visor em LCD; Resultado da medição em 1 minuto, com sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Desligamento automático; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões mínimas 2 cm x 1 cm x 12 cm. Embalagem contendo dados do fabricante e número do registro da ANVISA.						

Anexo I Lote 001 Item 029	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE 15,00	21,0000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Maria Helena/PR - 76.247.386/0001-00	7/2024		22/01/2024	UND	4,00	21,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:ÍRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL						

Anexo I Lote 001 Item 030	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE 10,00	54,0500			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Itaguaje/PR - 76.970.359/0001-53	103/2023		17/12/2023	UNID.	2,00	54,0500
DESCRIÇÃO DO ITEM: TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM USO GERAL						

Anexo I Lote 001 Item 031	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE 10,00	44,8750
---------------------------------	----------------------	------------------	---------



A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Iguaracu/PR - 75.772.525/0001-44	41/2023	120/2023	10/10/2023	UNID	8,00	44,8750
DESCRIÇÃO DO ITEM: TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 9 CM, PONTA: RETA, TIPO: SPENCER. (RETIRADA DE PONTOS) UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE						

Anexo I Lote 001 Item 032	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm²; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022				UNIDADE	743,0000
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Paulo Frontin/PR - 77.007.474/0001-90	59/2023	18/2023	18/10/2023	U	6,00	743,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: 17647 - FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER NOW *DISPLAY DIGITAL E LENTE DA P						

Anexo I Lote 001 Item 033	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.				UND	116,0000
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Grandes Rios/PR - 75.741.348/0001-39	81/2023		15/11/2023	UNID	20,00	116,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.						



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

52

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 034	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE 1,00	7.000,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Catanduvas/PR - 76.208.842/0001-03	396/2023	148/2023	19/12/2023	UN	2,00	7.000,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bif Marca: NIHON KOHDEN

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 035	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE 2,00	300,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Realeza/PR - 76.205.673/0001-40	186 / 2023		28/12/2023	UN	3,00	300,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: BANQUETA GIRATÓRIA ALTA COM ENCOSTO ESTOFADA COM PU PRETA BASE; Cromada com regulagem de altura, em tecido sintético



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

### RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

### PAINEL DE PREÇOS

ID: 029356      DATA: 08/07/2024      OBJETO: Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE 1,00	49,3573
	ÓRGÃO / ENTIDADE: PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO/SP ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 00568/2023 PROCESSO: -- HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 23/01/2024 UN.: UNIDADE QTDE.: 15,00 VALOR: 49,3573		
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR431736) ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA, REFERÊNCIA:Nº 301			
Anexo I Lote 001 Item 002	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 003	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 004	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 005	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE 30,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 006	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 007	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE 1,00	10.126,0000



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

54

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
COMANDO DA AERONAUTICA/RS	00065/2023	--	23/11/2023	UNIDADE 5,00 10.126,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR268993) APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO:1200 W, TIPO APARELHO:COLUNA MÓVEL, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, AMPERAGEM:9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE:70 KV				

Anexo I Lote 001 Item 008	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE	1,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 009	Cabo para espelho nº 5	UNIDADE	10,00	9,9000
COMANDO DA AERONAUTICA/RS	00056/2023	--	08/03/2024	UNIDADE 20,00 9,9000
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR413300) CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL				

Anexo I Lote 001 Item 010	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE	2,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 011	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	UNIDADE	5,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 012	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE	1,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 013	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE	1,00	////
Nenhuma informação				



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

55  
9

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 014	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 015	Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	UNIDADE 4,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 016	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	UNIDADE 10,00	81,0000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ/PR	00025/2023	--	01/12/2023	UNIDADE	3,00	81,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR389557) MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO:DIGITAL, TIPO AMOSTRA:SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA:ATÉ 10 S, MEMÓRIA:250 A 500 TESTES, COMPONENTES:COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS:LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE						

Anexo I Lote 001 Item 017	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE 1,00	303,0000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS	00143/2023	--	04/10/2023	UNIDADE	5,00	303,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR400493) LUPA, TIPO:APOIO DE CABEÇA, FAIXA AMPLIAÇÃO:4 VEZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHO EM VELCRO						

Anexo I Lote 001 Item 018	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE 2,00	470,4400			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/RS	00158/2023	--	26/10/2023	UNIDADE	2,00	470,4400
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR407016) CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:MICROMOTOR, CONEXÃO:CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO:C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA						

Anexo I Lote 001 Item 019	Otoscópio completo	UNIDADE 15,00	////
Nenhuma informação			



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 020	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE 10,00	////
Nenhuma informação			

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
I	001	021	Oxímetro de pulso de mesa	5,00	1.110,0000
<p>ÓRGÃO / ENTIDADE: PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR/PR ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 00097/2023 PROCESSO: -- HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 04/01/2024 UN. UNIDADE QTDE. 4,00 VALOR 1.110,0000</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR441985) OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 4 H, ALIMENTAÇÃO:BATERIA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR</p>					

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
I	001	022	Pinça anatômica 10 cm	15,00	15,0000
<p>ÓRGÃO / ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/SC ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 00030/2023 PROCESSO: -- HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 21/11/2023 UN. UNIDADE QTDE. 5,00 VALOR 15,0000</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR467744) PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DISSECÇÃO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p>					

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	MÉDIA
I	001	023	Pinça anatômica de 12 cm	15,00	////
Nenhuma informação					

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
I	001	024	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	15,00	19,5000
<p>ÓRGÃO / ENTIDADE: ESTADO DE SAO PAULO/SP ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 00131/2023 PROCESSO: -- HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 05/04/2024 UN. UNIDADE QTDE. 200,00 VALOR 19,5000</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR467996) PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p>					

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
I	001	025	Pinça clínica odontológica	10,00	18,1500
<p>ÓRGÃO / ENTIDADE: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA/PR ATA / CONTRATO / MODALIDADE: 00023/2023 PROCESSO: -- HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA: 03/10/2023 UN. UNIDADE QTDE. 20,00 VALOR 18,1500</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR413334) PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL</p>					

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
I	001	026	Pinça kelly 15 cm	15,00	29,6900



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

507

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
<p>Anexo I Lote 001 Item 027</p> <p>Termômetro digital</p> <p>UNIDADE 10,00</p> <p>VALOR 29,6900</p>	<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA/SC</p> <p>ATA / CONTRATO / MODALIDADE 00182/2023</p> <p>PROCESSO --</p> <p>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA 31/10/2023</p> <p>UN. UNIDADE</p> <p>QTDE. 20,00</p>	<p>DESCRİÇÃO DO ITEM: (BR467834) PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p>	<p>////</p>
<p>Nenhuma informação</p>			
<p>Anexo I Lote 001 Item 028</p> <p>Termômetro Axilar</p> <p>UNIDADE 10,00</p> <p>VALOR 21,9300</p>	<p>COMANDO DA AERONAUTICA/SP</p> <p>ATA / CONTRATO / MODALIDADE 00296/2023</p> <p>PROCESSO --</p> <p>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA 28/09/2023</p> <p>UN. UNIDADE</p> <p>QTDE. 20,00</p>	<p>DESCRİÇÃO DO ITEM: (BR435801) TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 ºC, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>	<p>21,9300</p>
<p>Anexo I Lote 001 Item 029</p> <p>Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm</p> <p>UNIDADE 15,00</p> <p>VALOR 27,6600</p>	<p>PREFEITURA DE TURVO - PR/PR</p> <p>ATA / CONTRATO / MODALIDADE 00145/2023</p> <p>PROCESSO --</p> <p>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA 03/01/2024</p> <p>UN. UNIDADE</p> <p>QTDE. 20,00</p>	<p>DESCRİÇÃO DO ITEM: (BR471688) TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL</p>	<p>27,6600</p>
<p>Anexo I Lote 001 Item 030</p> <p>Tesoura reta 15 cm</p> <p>UNIDADE 10,00</p> <p>VALOR 10,00</p>			<p>////</p>
<p>Nenhuma informação</p>			
<p>Anexo I Lote 001 Item 031</p> <p>Tesoura Spencer 9 cm</p> <p>UNIDADE 10,00</p> <p>VALOR 10,00</p>			<p>////</p>
<p>Nenhuma informação</p>			
<p>Anexo I Lote 001 Item 032</p> <p>Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm²; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022</p> <p>UNIDADE 2,00</p> <p>VALOR 849,0000</p>	<p>ESTADO DE SAO PAULO/SP</p> <p>ATA / CONTRATO / MODALIDADE 00103/2023</p> <p>PROCESSO --</p> <p>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA 16/11/2023</p> <p>UN. UNIDADE</p> <p>QTDE. 10,00</p>	<p>DESCRİÇÃO DO ITEM: (BR410459) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INSTALAÇÃO:ELÉTRICA, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR</p>	<p>849,0000</p>



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

58  
9

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 033	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	UND 30,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 034	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem para crianças e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alta-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 035	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE 2,00	////
Nenhuma informação			





# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

### RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
029356	08/07/2024	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE 1,00	45,0000
---------------------------------	--	-----------------	---------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL/PR/PR	40/2024	64	15/05/2024	UNID	6,00	45,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 (SOMENTE SE FOR COM ESTA ESPECIFICAÇÃO OU MUITO SIMILAR)						

Anexo I Lote 001 Item 003	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE 30,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrasom"	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 009	Cabo para espelho nº 5	UNIDADE 10,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 014	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 015	Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	UNIDADE 4,00	////
Nenhuma informação			



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

61

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 016	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	UNIDADE 10,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 017	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE 1,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 018	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE 2,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 019	Otoscópio completo	UNIDADE 15,00	////
---------------------------------	--------------------	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 020	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE 10,00	////
---------------------------------	-----------------------------------	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 021	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE 5,00	900,0000
---------------------------------	---------------------------	-----------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE FÊNIX/PR/PR	38/2023	135/2023	11/12/2023	UND.	2,00	900,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3 KG. ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO-> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32MM X 27MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Anexo I Lote 001 Item 022	Pinça anatômica 10 cm	UNIDADE 15,00	////
---------------------------------	-----------------------	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 023	Pinça anatômica de 12 cm	UNIDADE 15,00	////
---------------------------------	--------------------------	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 024	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	UNIDADE 15,00	////
---------------------------------	---	------------------	------



Informações extraídas de: <https://licitanet.com.br>  
A veracidade das informações pode ser consultada em:  
<https://verificador.sistemasconsultec.com.br>

# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

629

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 025	Pinça clínica odontológica	UNIDADE 10,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 026	Pinça kelly 15 cm	UNIDADE 15,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 027	Termômetro digital	UNIDADE 10,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 028	Termômetro Axilar	UNIDADE 10,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 029	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE 15,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 030	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE 10,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 031	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE 10,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 032	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE 2,00	640,6300				
	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
	MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS/PR/PR	30/2024	053/2024	24/04/2024	UND	6,00	640,6300
DESCRIÇÃO DO ITEM: FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO							



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 033	<p>Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>	UND 30,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 034	<p>Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022</p>	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 035	<p>Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>	UNIDADE 2,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS  
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
029356	08/07/2024	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE 1,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 002	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE 1,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 003	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE 1,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 004	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE 1,00	29,0000				
	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
	Prefeitura Municipal de Guaíba/RS	170/2023	10901/2023	16/10/2023	UND	12,00	29,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: ALAVANCA PARA RAIZES TIPO SELDIN DIREITA 1R, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 COM GRAVAÇÃO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MODELO E PROCEDENCIA. AUTOCLAVE L							
Anexo I Lote 001 Item 005	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE 30,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 006	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts. Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE 1,00	5.850,0000				



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

650

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Estância Turística de Presidente Epitácio/SP	115/2023	179/2023	22/11/2023	UNI	6,00	5.850,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Autoclave digital, com display LCD, 6 programas de esterilização; tampa e câmara em aço inox; sistemas de segurança; bivolt automático; programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs; Desaeração e depressurização automática; 3 bandejas em alumínio anodizado; cor branca, câmara em aço inox, capacidade de 21 litros, potência 1.600W, frequência: 50/60 Hz. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Produto com registro na ANVISA e INMETRO.						

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Anexo I Lote 001 Item 007	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	1,00	8.290,0000			
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS	11/2024	11/2024	01/03/2024	UN	2,00	8.290,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Aparelho de raio X odontológico de coluna móvel Sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica. Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais. Coluna móvel com base em 04 rodízios. colunas super estáveis. Composto por braço articulado que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionado						

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Anexo I Lote 001 Item 008	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	1,00	296,9700			
Prefeitura Municipal de Uruguaiana/RS	95/2023	24644/2023	30/10/2023	UN	36,00	296,9700
DESCRIÇÃO DO ITEM: Bandeja suporte p/aparelho de ultrassom odontológico						

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Anexo I Lote 001 Item 009	Cabo para espelho nº 5	10,00	////			
Nenhuma informação						

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Anexo I Lote 001 Item 010	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	2,00	650,0000			
Prefeitura Municipal de Criciúma/SC	6/2024	6/2024	05/03/2024	UN	10,00	650,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Mocho Odontológico.						

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Anexo I Lote 001 Item 011	Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button	5,00	479,9900			
Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS	007/2024	2023/46176	22/12/2023	UN	10,00	479,9900
DESCRIÇÃO DO ITEM: CANETA ALTA ROTAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SISTEMA DE TROCA, BROCA: PRESS BUTTON (PB), FABRICADA EM LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO, TIPO DE SPRAY QUÁDRUPLO, POTÊNCIA: 13W, RUÍDO: 62DB, ROLAMENTO: ESFERA EM CERÂMICA, ROTAÇÃO MÁXIMA: 370.000						



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 012	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	UNIDADE 1,00	////

Nenhuma informação

ANEXO I	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Lote 001 Item 013	Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"	1,00	4.795,1500

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA/SC	0005/2024	0117/2023 - e	24/01/2024	UN	335,00	4.795,1500

DESCRIÇÃO DO ITEM: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 55 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22214)

ANEXO I	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Lote 001 Item 014	0 Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE 1,00	5.800,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS	514/2023	2300000991767	06/10/2023	PÇ	18,00	5.800,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: Eletrocardiografo digital de 12 derivacoes, portatil

ANEXO I	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Lote 001 Item 015	Espelho clínico odontológico nº 5 c/ 12 unid	4,00	68,0400

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Gramado/RS	175/2023	371/2023	17/10/2023	UN	20,00	5,6700

DESCRIÇÃO DO ITEM: Espelho Bucal Odontológico nº5. Utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Espelho de Primeiro plano (front surface).

ANEXO I	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	MÉDIA
Lote 001 Item 016	Kit Monitor de Glicemia (Lancetador + Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor + Estojo)	10,00	////

Nenhuma informação





# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

679

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 017	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica para cabeça	UNIDADE 1,00	////

Nenhuma informação

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 018	Micro motor de baixa rotação 25.000 RPM	UNIDADE 2,00	560,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS	52/2023	1566	09/10/2023	UN	24,00	560,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (MICRO MOTOR) + CONTRA ÂNGULO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 019	Otoscópio completo	UNIDADE 15,00	600,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio/RS	008/2024	140.776/2023	26/02/2024	UND	4,00	600,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: Otoscópio Simples. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA | LED. ESPECULOS: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 020	Oxímetro de dedo portátil digital	UNIDADE 10,00	////

Nenhuma informação

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 021	Oxímetro de pulso de mesa	UNIDADE 5,00	900,0000

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova/RS	07/2024	988/2023	21/02/2024	UN	1,00	900,0000

DESCRIÇÃO DO ITEM: OXÍMETRO DE PULSO, DE MESA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA Visor LCD de alta resolução, tamanho compacto. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográficas, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso Relógio Seleção de tipo de pacientes: ADULTO - Adulto/Pediátrico NEO Neonatal. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros Comunicação com computador Classificação de alarmes: Nível alto Nível Médio Ajuste do volume de tom de pulso mínimo 03 (três) níveis Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Alimentação elétrica: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 Hz, 30 VA. Acessórios inclusos: sensor. Deverá ser acompanhado por um

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 022	Pinça anatômica 10 cm	UNIDADE 15,00	////

Nenhuma informação

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 023	Pinça anatômica de 12 cm	UNIDADE 15,00	14,1900



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

640

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS	20/2023	278622	07/11/2023	UN	10,00	14,1900	
DESCRIÇÃO DO ITEM: PINÇA ANATÔMICA 12CM							

Anexo I	Lote 001	Item 024	Pinça anatômica dissecação dente de rato de 14 cm	UNIDADE	15,00	16,8200
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM/RS	02/2023	01/02-2023	22/12/2023	UN	76,00	16,8200
DESCRIÇÃO DO ITEM: PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM EM AÇO INOX -						

Anexo I	Lote 001	Item 025	Pinça clínica odontológica	UNIDADE	10,00	18,9000
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis/RS	47/2023	2276	13/11/2023	UN	50,00	18,9000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pinça clínica algodão bi-angulada, nº 318 ,confeccionada de aço inoxidável, autoclavável, medindo 16 cm de comprimento, com textura na pegada. Apresentação de amostra para avaliação de qualidade, desempenho e funcionalidade. Mínimo 10 anos de garantia						

Anexo I	Lote 001	Item 026	Pinça kelly 15 cm	UNIDADE	15,00	////
Nenhuma informação						

Anexo I	Lote 001	Item 027	Termômetro digital	UNIDADE	10,00	////
Nenhuma informação						

Anexo I	Lote 001	Item 028	Termômetro Axilar	UNIDADE	10,00	////
Nenhuma informação						

Anexo I	Lote 001	Item 029	Tesoura Iris ou gengiva reta 12 cm	UNIDADE	15,00	21,7500
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura de Frederico Westphalen/RS	39/2023	271/2023	23/11/2023	UN	10,00	21,7500
DESCRIÇÃO DO ITEM: Tesoura Cirúrgica Íris ou Gengiva Reta 12cm. Apresentação: Embalada individualmente, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420, autoclavável. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						

Anexo I	Lote 001	Item 030	Tesoura reta 15 cm	UNIDADE	10,00	////
Nenhuma informação						



# Município de Barra do Jacaré

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

692

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 031	Tesoura Spencer 9 cm	UNIDADE 10,00	44,5600
	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
	Prefeitura Municipal de Porto Vera Cruz/RS	13/2.023	1.636/2.023
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.
		03/11/2023	UN
		QTDE.	VALOR
		10,00	44,5600
DESCRIÇÃO DO ITEM: Tesouras Spencer 09 cm			

Anexo I Lote 001 Item 032	Fotopolimerizador LED sem fio - indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autolavável e removível. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 033	Estetoscópio Adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	UND 30,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 034	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Resolução SESA nº 860/2022	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

20  
PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 035	Banqueta giratória com encosto tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento cor azul resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UNIDADE 2,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS  
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
029356	08/07/2024	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré/ PR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 001	Alavanca Seldin apical reta 301 (adulto)	UNIDADE 1,00	43,9200			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE LUIZIANA/PR	36/2023	146-2023	31/10/2023	UNIDADE	6,00	43,9200
DESCRIÇÃO DO ITEM: Alavanca Apical Adulto - Embalagem com 1 unidades - Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas.						

Anexo I Lote 001 Item 002	Alavanca Seldin apical reta 304 (adulto)	UNIDADE 1,00	43,9200			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE LUIZIANA/PR	36/2023	146-2023	31/10/2023	UNIDADE	6,00	43,9200
DESCRIÇÃO DO ITEM: Alavanca Apical Adulto - Embalagem com 1 unidades - Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas.						

Anexo I Lote 001 Item 003	Alavanca Seldin para raiz 1L esquerda curva ABC	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Alavanca Seldin para raiz 1R direita curva ABC	UNIDADE 1,00	30,5800			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO/PR	44/2023	96/2023	21/11/2023	Unidade	5,00	30,5800
DESCRIÇÃO DO ITEM: ALAVANCA SELDIN 1R. Em aco inox autoclavavel. UNIDADE						

Anexo I Lote 001 Item 005	Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio	UNIDADE 30,00	119,5000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SERRANA/SP	127/2023	208/2023	06/11/2023	UNIDADE	3,00	119,5000
DESCRIÇÃO DO ITEM: KIT COM ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE E ESTETOSCOPIO ADULTO-conforme descrito no item de referencia						



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

728

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 006	Autoclave Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts. Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	UNIDADE 1,00	4.890,0000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MANDAGUARI/PR	145/2023	282/2023	08/02/2024	UNIDADE	2,00	4.890,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Autoclave 21L* Digital, fácil manuseio;* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V;* Câmara de esterilização em aço inoxidável;* Garantia: mínimo 12 meses;						

Anexo I Lote 001 Item 007	Aparelho de Raio-X Odontológico Coluna Móvel Bivolt - Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, disparador manual e laudo do cabeçote etc.	UNIDADE 1,00	8.980,0000			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA-PR/PR	006/2024	021/2024	13/05/2024	UNIDADE	1,00	8.980,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: APARELHO DE RAIOS-X COM BASE MÓVEL, CONFORME EDITAL - Aparelho de raio-x com base móvel, quatro rodízios duplos, com freios. Dotado de temporizador digital centesimal, Coluna móvel com base em 04 rodízios. Composto por braço tipo pantográfico. Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN. Garantia mínima de 1 ano.						

Anexo I Lote 001 Item 008	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos "Ultrassom"	UNIDADE 1,00	233,0700			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP	47/2023	190/2023	31/10/2023	UN	2,00	233,0700
DESCRIÇÃO DO ITEM: BANDEJA SUPORTE PARA APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: É UM PRODUTO AUXILIAR, DESTINADO A ACOMODAR OS PERIFÉRICOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360°. (KIT BANDEJA AUXILIAR PLÁSTICA DE COLUNA)						

Anexo I Lote 001 Item 009	Cabo para espelho n° 5	UNIDADE 10,00	9,3500			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE IVATE/PR	011/2024	028/2024	26/04/2024	UNIDADE	30,00	9,3500
DESCRIÇÃO DO ITEM: CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: OITAVADO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL ADULTO						

Anexo I Lote 001 Item 010	Cadeira Mochos Odontológicos ergonômico giratória, cor azul	UNIDADE 2,00	750,0000
---------------------------------	---	-----------------	----------



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
MUNICIPIO DE SERTANEJA/PR	78-2023	128-2023	30/10/2023	UNIDADE	2,00	750,0000	
<p>DESCRIÇÃO DO ITEM: MOCHO COM ASSENTO QUADRANGULAR: Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável entre 67 e 91 cm. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento em espuma resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada entre 28 e 33. Garantia de 1 (um) ano.</p>							

Anexo I	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE		MÉDIA
Lote 001	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Item 011	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PAULO FRONTIN/PR	04/2023	18/2023	22/09/2023	U	6,00	558,5000
<p>Caneta de Alta Rotação Extra torque com tecnologia Push Button</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: CANETA ALTA ROTAÇÃOZ10T * SISTEMA PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. * CABEÇA TORQUE: PROPORCIONA FORÇA E TORQUE NECESSÁRIOS PARA UM CORTE E DESBASTE EFICIENTES. * SPRAY ÚNICO VENTILADO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, FORMA UMA NÉVOA ÚMIDA INTENSA GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO, UM JATO DE AR EXTRA PREVINE O REFLUXO DE NÉVOA CONTAMINADA PARA O INTERIOR DA TURBINA. * ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. * ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE: REDUZ O NÍVEL DE RUÍDO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO E PACIENTE. ESTABILIZA O ROTOR EVITANDO VIBRAÇÕES, AUMENTANDO A SUA VIDA ÚTIL. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E METAL DURO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO. * TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * COR: PRATA AZULADO. * CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO A ANVISA: CLASSE DE RISCO II (MÉDIO RISCO).</p>							

Anexo I	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE		MÉDIA
Lote 001	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Item 012	MUNICIPIO DE ARAPUA/PR	60-2023	159-2023	21/12/2023	UNIDADE	2,00	5.116,0000
<p>Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO, GABINETE PLÁSTICO RESISTENTE, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 90%, ALARME SONORO, SISTEMA DE SEGURANÇA, UMIDIFICADOR, FILTROS, CÂNULA OU MÁSCARA, SILENCIOSO, USO DOMÉSTICO, ATÉ 10 L/MIN.</p>							

Anexo I	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE		MÉDIA
Lote 001	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Item 013	MUNICIPIO DE SARAPUI/SP	11/2024	1779/2024	24/05/2024	UN	5,00	3.797,0000
<p>Compressor isento de óleo, 220 V, Reservatório 50 L, Potência do motor 2 HP, 02 Cilindros, Pressão 120 PSI para "cadeira odontológica"</p> <p>DESCRIÇÃO DO ITEM: COMPRESSOR ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Capacidade: 50 litros. Reservatório vertical Motor 127V ou 220V. Cabo elétrico com plugue. Filtro de ar. Dreno (válvula purgadora). Registro de saída de ar. Manômetro. Válvula de retenção. Pressostato. Regulador de pressão com manômetro. Válvula de segurança. Vibraless. Coxim entre o bloco compressor e o reservatório. Pintura antibacteriana. Prontuário de vaso de pressão. Certificado de garantia.</p>							



# Município de Barra do Jacare

## ESTADO DO PARANÁ

PESQUISA REALIZADA  
CONFORME  
LEI 14.133/21 E IN 65/21

7M/g

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 014	O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 conta com interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas. Possui Software que permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum. O CardioCare 2000 possui impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Taxa de amostragem, 8.000 amostras por segundo, maior precisão e confiança. Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail, Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo-sensível; 01 Tubo de gel condutor; 01 Manual de operação em Português; 01 Software para computador (CD).	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE IGUATU/PR	045/2023	119/2023	20/12/2023	UN	50,00	5,8000
DESCRIÇÃO DO ITEM: Espelho clinico n° 5 (1° plano)						

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES/RS	005/2024	024/2024	25/03/2024	Un	10,00	90,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA ON CALL PLUS II, KIT CONTENDO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, SOLUÇÃO DE CONTROLE 1, 10 LANCETAS ESTÉREIS, ESTOJO, LANCETADOR, MANUAL DO USUÁRIO, GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA E CARTÃO DE GARANTIA.						

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU/PR	071/2023	147/2023	14/11/2023	UNIDADE	2,00	650,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA. PEÇA DE BAIXO RUIDO, SENDO ASSIM, GARANTE MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL E AO PACIENTE. COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULOS SISTEMA INTRA E PERMITE GIRO LIVRE DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS; ROTAÇÃO: DE 0 A 20.000 RPM; CONEXÃO TIPO BORDEN OU MIDWEST. CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA); SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONA PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 43 G). TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. O PRODUTO ACOMPANHA: ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DA PEÇA, BEM COMO PARA O TRANSPORTE; ÓLEO LUBRIFICANTE DE 20ML; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA.						

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU/PR	071/2023	147/2023	14/11/2023	UNIDADE	2,00	650,0000
DESCRIÇÃO DO ITEM: MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA. PEÇA DE BAIXO RUIDO, SENDO ASSIM, GARANTE MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL E AO PACIENTE. COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULOS SISTEMA INTRA E PERMITE GIRO LIVRE DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS; ROTAÇÃO: DE 0 A 20.000 RPM; CONEXÃO TIPO BORDEN OU MIDWEST. CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA); SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONA PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 43 G). TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. O PRODUTO ACOMPANHA: ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DA PEÇA, BEM COMO PARA O TRANSPORTE; ÓLEO LUBRIFICANTE DE 20ML; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA.						

